



Akkreditiertes Kalibrierlaboratorium nach

Accredited calibration laboratory according to

DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Mitglied im

Member of

Deutschen Kalibrierdienst

DKD



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-K-12029-01-00

Kalibrierschein
Calibration certificate

Kalibrierzeichen
Calibration mark

| |
|---------------------|
| 840000 |
| D-K- 12029-01-00 |
| 2024-11 |

Gegenstand
Object

Messverstärker
Measuring amplifier

Hersteller
Manufacturer

**Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH, DE -
Darmstadt**

Typ
Type

MX840B

Serien-Nr.
(Prüfmittel-Nr.)
Serial number
(Test equipment no.)

0009E50123456789

Eigentümer
Owner

Muster GmbH, DE - 12345 Musterstadt

Auftragsnummer
Order No.

Sample840

Anzahl der Seiten des Kalibrierscheines
Number of pages of the certificate

58

Datum der Kalibrierung
Date of calibration

2024-11-08

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die metrologische Rückführung auf nationale Normale zur Darstellung der Einheiten in Übereinstimmung mit dem Internationalen Einheitensystem (SI).

Die DAkkS ist Unterzeichner der multilateralen Übereinkommen der European co-operation for Accreditation (EA) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen Anerkennung der Kalibrierscheine.

Für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer verantwortlich.

This calibration certificate documents the metrological traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI).


The DAkkS is signatory to the mutual agreements of the European co-operation for Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for the multilateral recognition of calibration certificates.

The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals.

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. Kalibrierscheine ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit.

This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory. Calibration certificates without signature are not valid.

Stempel
Seal



Datum
Date

2024-11-15

Stellv. Leiter des Kalibrierlaboratoriums
Deputy Head of the calibration laboratory

Stenner

Bearbeiter
Person in charge

Burma

Kalibriernormale und Hilfsgeräte

calibration standards and accessory apparatus

| Hersteller / Modell <i>manufacturer / model</i> | Seriennummer <i>serial number</i> | Kalibrierschein-Nr. <i>calibration certificate no.</i> | Kalibrierlabor <i>calibration lab</i> | Kal.datum <i>date of cal.</i> | Gültig bis <i>valid until</i> |
|--|--------------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Burster 4462 | 280196 | 33457 | D-K-15141-01-00 | 2023-12 | 2024-12 |
| Keithley 2750 | 1215160 | 61259 | D-K-15115-01-00 | 2023-12 | 2024-12 |
| HBM K148S31 | 0157 | 118879;118770;118764 | D-K-12029-01-00 | 2023-11 | 2024-11 |
| Burster 4530 | 471941 | 33473 | D-K-15141-01-00 | 2024-03 | 2024-12 |
| Fluke 271 | 1732010 | 61222 | D-K-15115-01-00 | 2024-03 | 2024-12 |

Messunsicherheit

measurement uncertainty

Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, die sich aus der Standardmessunsicherheit durch Multiplikation mit dem Erweiterungsfaktor $k = 2$ ergibt. Diese wurde gemäß EA-4/02 M:2022 bestimmt. Der Wert der Messgröße liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% im zugeordneten Werteintervall.


The uncertainties shown are the expanded uncertainties ($k=2$), which are calculated according to EA-4/02 M:2022. The results of the calibration are within a confidence level of 95%.

Konformitätsaussage

declaration of conformity

Die auf den nachfolgenden Seiten abgedruckten Ergebnisse bestätigen, dass der auf Seite 1 benannte Kalibriergegenstand die vom Hersteller veröffentlichten bzw. vertraglich vereinbarten Spezifikationen, welche im Rahmen der Kalibrierung geprüft wurden, einhält. Messwerte, für die diese Aussage gemäß ILAC-G8:2019 eingeschränkt ist, sind nach VDI/VDE/DGQ/DKD 2622 Blatt 1:2014 wie folgt gekennzeichnet:

The results on the following pages confirm that the instrument named on page 1 meets the specifications published by the manufacturer and/or agreed by contract that were tested within the scope of the calibration. Measured values with limitations according to ILAC-G8:2019 are marked according to VDI/VDE/DGQ/DKD 2622 Sheet 1:2014 as stated below:



- ? Messwert liegt unter Berücksichtigung der Messunsicherheit mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% bis 95% innerhalb der Spezifikation. / Taking into account the measurement uncertainty, the measured value is within the specification limits, with a probability between 50% and 95%.
- X? Messwert liegt unter Berücksichtigung der Messunsicherheit mit einer Wahrscheinlichkeit kleiner 50% innerhalb der Spezifikation. / Taking into account the measurement uncertainty, the measured value is within specification limits, with a probability of less than 50%.
- X Messwert liegt außerhalb der Spezifikation. Darstellung der abs. Abweichung in Abschnitt Kalibrierergebnis ohne Angabe des Messunsicherheitsbalkens. / The measured value is outside of the specification limits. Representation of the abs. deviation in section calibration result without specifying the measurement uncertainty bar.

Eine ausführliche Erläuterung zum Thema Konformität finden Sie unter [HBK-konformitaet.pdf](#).

For a detailed explanation of conformity, please visit [HBK-conformity.pdf](#).

| | |
|--|---|
| | 1496 von 1496 bewerteten Messpunkten erfüllen eindeutig die Konformitätsanforderungen 1496 out of 1496 rated measuring points clearly meet the declaration of conformity |
|--|---|

Kalibrierverfahren

calibration procedure

Die Kalibrierung erfolgt durch Vergleich der durch die eingesetzten Kalibriernormale und Hilfsgeräte dargestellten Werte mit dem jeweiligen Wert des Kalibriergegenstandes. Bezug ist die Realisierung der Einheit in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB). Die Kalibrierung erfolgt entsprechend der Arbeitsanweisung WORK-INSTR-00076. Bei Temperaturanzeigergeräten entsprechend der Richtlinie DKD-R 5-5:2018. Für die Angabe aller Temperaturwerte wurde die Internationale Temperaturskala von 1990 (ITS-90) verwendet.

Die Kalibrierung erfolgt im Anlieferungszustand (as found), relevante Informationen oder davon abweichende Bedingungen sind auf Seite 3 unter Sonstiges, bzw. Anzeigeranpassung dokumentiert.

The calibration is performed by comparing the known values of the calibration standards used with the respective value of the unit under test. Reference is the realization of units at the Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). The unit was calibrated according to the operating procedure WORK-INSTR-00076. For temperature indicators according to guideline DKD-R 5-5:2018. For all temperature readings the International Temperature Scale of 1990 (ITS-90) is applied.

The calibration is carried out as found, relevant information or conditions deviating from this are documented on page 3 under Other data or Indicator adaptation.

Gültigkeitsbereich

scope of application

Dieser Kalibrierschein ist nur für die angegebene Trägerfrequenz und Brückenspeisespannung gültig. Sollte das Gerät bei davon abweichender Trägerfrequenz oder Brückenspeisespannung eingesetzt werden, müssen die zugehörigen Kalibrierwerte durch eine gesonderte Kalibrierung bestimmt werden. Eine Aussage zur Langzeitstabilität des Kalibrierobjektes wird nicht getroffen.

This calibration certificate is only valid for both the carrier frequency and the bridge excitation voltage mentioned on the next page. If you intend to use the device at a different frequency or bridge excitation voltage, the appropriate calibration values have to be determined in a separate calibration. A statement about long-term stability of the calibration object is not made.

Ort der Kalibrierung

Location of calibration

Kalibrierbedingungen

calibration conditions

Umgebungstemperatur: Anfang / Begin: **(21,0 ± 1) °C** Ende / End: **(21,0 ± 1) °C**

ambient temperature

Umgebungsfeuchte: **(44 ± 2) % rel.**

environmental humidity

Kalibriergegenstand

calibration object

| Kanal channel | Typ type | Anschlussart type of conn. | Seriennummer serial number | Hardw. Rev. hardware rev. | Firmware firmware | Kunden-ID customer-ID |
|------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1 - 8 | MX840B | **** | 0009E50123456789 | 3.11 | 4.40.10.0 | **** |

Einstellungen

properties

| Kanal channel | Autokalibrierung auto calibration | Nullabgleich zero adjust / tare | Anzeigeranpassung adaptation value |
|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 - 8 | nein | nein | **** |

Angaben zu Vorrichtungen und Kabel

fixture and cable data

Bezeichnung (Identifikation)

name (identification)

Laboreig. Performance Test System

Owned by the laboratory: Performance Test System

840000

D-K-
12029-01-00

2024-11

Sonstiges

other data

MUSTER / SAMPLE

Kalibrierergebnis / calibration result

| | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|---|
| Messbereich <i>measuring range</i> | Sensortyp / -parameter <i>sensor type / parameter</i> | Trägerfreq. <i>carrier freq.</i> | Filter <i>filter</i> | Anz.-Schrittweite <i>indication step width</i> |
| ±100 mV/V | full bridge, bridge excitation voltage 2.5 V | DC | 10 Hz Bes. | 0,001 mV/V |

zulässige Lin.abweichung: ±0,02 %
permitted linearity error

Toleranz: ±(0,05 % * value + 0,05 % * range)
tolerance

Kanal / channel

1

| Messwerte y / <i>measured values y</i> | | | | | Spezifikation / <i>specification</i> | | | Bem. <i>note</i> |
|--|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|------|---------------------|
| Sollwert <i>set value</i> | untariert <i>not tared</i> | tariert <i>tared</i> | erw. MU <i>exp. uncert.</i> | lin. Abw. <i>lin. error</i> | Toleranz <i>tolerance</i> | abs. Abweichung <i>abs. deviation</i> | | |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | -0,002 | 0,000 | 0,002 0 | 0,000 | 0,050 | * | pass | |
| 20 | 20,000 | 20,002 | 0,006 2 | 0,001 | 0,060 | * | pass | |
| 40 | 40,002 | 40,004 | 0,012 | 0,001 | 0,070 | * | pass | |
| 50 | 50,002 | 50,004 | 0,012 | 0,001 | 0,075 | * | pass | |
| 60 | 60,002 | 60,004 | 0,012 | 0,000 | 0,080 | * | pass | |
| 80 | 80,004 | 80,006 | 0,012 | 0,000 | 0,090 | * | pass | |
| 100 | 100,005 | 100,007 | 0,012 | 0,000 | 0,100 | * | pass | |
| 0 | -0,001 | 0,000 | 0,002 0 | 0,000 | 0,050 | * | pass | |
| -20 | -20,003 | -20,002 | 0,006 2 | 0,000 | 0,060 | * | pass | |
| -40 | -40,004 | -40,003 | 0,012 | 0,000 | 0,070 | * | pass | |
| -50 | -50,004 | -50,003 | 0,012 | 0,001 | 0,075 | * | pass | |
| -60 | -60,006 | -60,005 | 0,012 | 0,000 | 0,080 | * | pass | |
| -80 | -80,007 | -80,006 | 0,012 | 0,000 | 0,090 | * | pass | |
| -100 | -100,009 | -100,008 | 0,012 | 0,000 | 0,100 | * | pass | |

Kanal / channel

2

| Messwerte y / <i>measured values y</i> | | | | | Spezifikation / <i>specification</i> | | | Bem. <i>note</i> |
|--|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|------|---------------------|
| Sollwert <i>set value</i> | untariert <i>not tared</i> | tariert <i>tared</i> | erw. MU <i>exp. uncert.</i> | lin. Abw. <i>lin. error</i> | Toleranz <i>tolerance</i> | abs. Abweichung <i>abs. deviation</i> | | |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | 0,000 | 0,000 | 0,002 0 | 0,000 | 0,050 | * | pass | |
| 20 | 20,000 | 20,000 | 0,006 2 | -0,001 | 0,060 | * | pass | |
| 40 | 40,002 | 40,002 | 0,012 | 0,000 | 0,070 | * | pass | |
| 50 | 50,002 | 50,002 | 0,012 | -0,001 | 0,075 | * | pass | |
| 60 | 60,003 | 60,003 | 0,012 | -0,001 | 0,080 | * | pass | |
| 80 | 80,004 | 80,004 | 0,012 | -0,001 | 0,090 | * | pass | |
| 100 | 100,006 | 100,006 | 0,012 | 0,000 | 0,100 | * | pass | |
| 0 | -0,001 | 0,000 | 0,002 0 | 0,000 | 0,050 | * | pass | |
| -20 | -20,002 | -20,001 | 0,006 2 | 0,000 | 0,060 | * | pass | |
| -40 | -40,004 | -40,003 | 0,012 | 0,000 | 0,070 | * | pass | |
| -50 | -50,005 | -50,004 | 0,012 | -0,001 | 0,075 | * | pass | |
| -60 | -60,006 | -60,005 | 0,012 | -0,001 | 0,080 | * | pass | |
| -80 | -80,007 | -80,006 | 0,012 | 0,000 | 0,090 | * | pass | |
| -100 | -100,008 | -100,007 | 0,012 | 0,000 | 0,100 | * | pass | |

| Kanal / channel | | 3 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | Bem. note |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | -0,001 | 0,000 | 0,002 0 | 0,000 | 0,050 | * | | pass |
| 20 | 20,000 | 20,001 | 0,006 2 | 0,000 | 0,060 | * | | pass |
| 40 | 40,002 | 40,003 | 0,012 | 0,000 | 0,070 | * | | pass |
| 50 | 50,002 | 50,003 | 0,012 | -0,001 | 0,075 | * | | pass |
| 60 | 60,003 | 60,004 | 0,012 | 0,000 | 0,080 | * | | pass |
| 80 | 80,005 | 80,006 | 0,012 | 0,000 | 0,090 | * | | pass |
| 100 | 100,006 | 100,007 | 0,012 | 0,000 | 0,100 | * | | pass |
| 0 | 0,000 | 0,000 | 0,002 0 | 0,000 | 0,050 | * | | pass |
| -20 | -20,002 | -20,002 | 0,006 2 | 0,000 | 0,060 | * | | pass |
| -40 | -40,004 | -40,004 | 0,012 | -0,001 | 0,070 | * | | pass |
| -50 | -50,004 | -50,004 | 0,012 | 0,000 | 0,075 | * | | pass |
| -60 | -60,005 | -60,005 | 0,012 | 0,000 | 0,080 | * | | pass |
| -80 | -80,007 | -80,007 | 0,012 | -0,001 | 0,090 | * | | pass |
| -100 | -100,008 | -100,008 | 0,012 | 0,000 | 0,100 | * | | pass |

| Kanal / channel | | 4 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | Bem. note |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | -0,001 | 0,000 | 0,002 0 | 0,000 | 0,050 | * | | pass |
| 20 | 20,000 | 20,001 | 0,006 2 | 0,000 | 0,060 | * | | pass |
| 40 | 40,002 | 40,003 | 0,012 | 0,000 | 0,070 | * | | pass |
| 50 | 50,002 | 50,003 | 0,012 | -0,001 | 0,075 | * | | pass |
| 60 | 60,003 | 60,004 | 0,012 | 0,000 | 0,080 | * | | pass |
| 80 | 80,004 | 80,005 | 0,012 | -0,001 | 0,090 | * | | pass |
| 100 | 100,006 | 100,007 | 0,012 | 0,000 | 0,100 | * | | pass |
| 0 | -0,001 | 0,000 | 0,002 0 | 0,000 | 0,050 | * | | pass |
| -20 | -20,003 | -20,002 | 0,006 2 | 0,000 | 0,060 | * | | pass |
| -40 | -40,004 | -40,003 | 0,012 | 0,000 | 0,070 | * | | pass |
| -50 | -50,005 | -50,004 | 0,012 | 0,000 | 0,075 | * | | pass |
| -60 | -60,006 | -60,005 | 0,012 | 0,000 | 0,080 | * | | pass |
| -80 | -80,008 | -80,007 | 0,012 | -0,001 | 0,090 | * | | pass |
| -100 | -100,009 | -100,008 | 0,012 | 0,000 | 0,100 | * | | pass |

| Kanal / channel | | 5 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | Bem. note |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | 0,000 | 0,000 | 0,002 0 | 0,000 | 0,050 | * | | pass |
| 20 | 20,000 | 20,000 | 0,006 2 | 0,000 | 0,060 | * | | pass |
| 40 | 40,000 | 40,000 | 0,012 | -0,001 | 0,070 | * | | pass |
| 50 | 50,001 | 50,001 | 0,012 | 0,000 | 0,075 | * | | pass |
| 60 | 60,001 | 60,001 | 0,012 | 0,000 | 0,080 | * | | pass |
| 80 | 80,002 | 80,002 | 0,012 | 0,000 | 0,090 | * | | pass |
| 100 | 100,002 | 100,002 | 0,012 | 0,000 | 0,100 | * | | pass |
| 0 | 0,000 | 0,000 | 0,002 0 | 0,000 | 0,050 | * | | pass |
| -20 | -20,001 | -20,001 | 0,006 2 | 0,000 | 0,060 | * | | pass |
| -40 | -40,001 | -40,001 | 0,012 | 0,001 | 0,070 | * | | pass |
| -50 | -50,002 | -50,002 | 0,012 | 0,000 | 0,075 | * | | pass |
| -60 | -60,002 | -60,002 | 0,012 | 0,000 | 0,080 | * | | pass |
| -80 | -80,003 | -80,003 | 0,012 | 0,000 | 0,090 | * | | pass |
| -100 | -100,004 | -100,004 | 0,012 | 0,000 | 0,100 | * | | pass |

| Kanal / channel | | 6 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | Bem. note |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | -0,001 | 0,000 | 0,002 0 | 0,000 | 0,050 | * | | pass |
| 20 | 19,999 | 20,000 | 0,006 2 | 0,000 | 0,060 | * | | pass |
| 40 | 40,000 | 40,001 | 0,012 | 0,000 | 0,070 | * | | pass |
| 50 | 50,000 | 50,001 | 0,012 | 0,000 | 0,075 | * | | pass |
| 60 | 60,000 | 60,001 | 0,012 | 0,000 | 0,080 | * | | pass |
| 80 | 80,001 | 80,002 | 0,012 | 0,000 | 0,090 | * | | pass |
| 100 | 100,001 | 100,002 | 0,012 | 0,000 | 0,100 | * | | pass |
| 0 | -0,001 | 0,000 | 0,002 0 | 0,000 | 0,050 | * | | pass |
| -20 | -20,002 | -20,001 | 0,006 2 | 0,000 | 0,060 | * | | pass |
| -40 | -40,003 | -40,002 | 0,012 | 0,000 | 0,070 | * | | pass |
| -50 | -50,003 | -50,002 | 0,012 | 0,000 | 0,075 | * | | pass |
| -60 | -60,003 | -60,002 | 0,012 | 0,000 | 0,080 | * | | pass |
| -80 | -80,004 | -80,003 | 0,012 | 0,000 | 0,090 | * | | pass |
| -100 | -100,005 | -100,004 | 0,012 | 0,000 | 0,100 | * | | pass |

| Kanal / channel | | 7 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|--------------|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | Bem. note |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | -0,001 | 0,000 | 0,002 0 | 0,000 | 0,050 | | * | pass |
| 20 | 19,999 | 20,000 | 0,006 2 | -0,001 | 0,060 | | * | pass |
| 40 | 40,000 | 40,001 | 0,012 | 0,000 | 0,070 | | * | pass |
| 50 | 50,000 | 50,001 | 0,012 | -0,001 | 0,075 | | * | pass |
| 60 | 60,000 | 60,001 | 0,012 | -0,001 | 0,080 | | * | pass |
| 80 | 80,001 | 80,002 | 0,012 | 0,000 | 0,090 | | * | pass |
| 100 | 100,002 | 100,003 | 0,012 | 0,000 | 0,100 | | * | pass |
| 0 | -0,001 | 0,000 | 0,002 0 | 0,000 | 0,050 | | * | pass |
| -20 | -20,002 | -20,001 | 0,006 2 | 0,000 | 0,060 | | * | pass |
| -40 | -40,003 | -40,002 | 0,012 | 0,000 | 0,070 | | * | pass |
| -50 | -50,004 | -50,003 | 0,012 | -0,001 | 0,075 | | * | pass |
| -60 | -60,004 | -60,003 | 0,012 | -0,001 | 0,080 | | * | pass |
| -80 | -80,005 | -80,004 | 0,012 | -0,001 | 0,090 | | * | pass |
| -100 | -100,005 | -100,004 | 0,012 | 0,000 | 0,100 | | * | pass |

| Kanal / channel | | 8 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|--------------|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | Bem. note |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | -0,001 | 0,000 | 0,002 0 | 0,000 | 0,050 | | * | pass |
| 20 | 20,000 | 20,001 | 0,006 2 | 0,000 | 0,060 | | * | pass |
| 40 | 40,000 | 40,001 | 0,012 | 0,000 | 0,070 | | * | pass |
| 50 | 50,000 | 50,001 | 0,012 | -0,001 | 0,075 | | * | pass |
| 60 | 60,001 | 60,002 | 0,012 | 0,000 | 0,080 | | * | pass |
| 80 | 80,002 | 80,003 | 0,012 | 0,001 | 0,090 | | * | pass |
| 100 | 100,002 | 100,003 | 0,012 | 0,000 | 0,100 | | * | pass |
| 0 | -0,001 | 0,000 | 0,002 0 | 0,000 | 0,050 | | * | pass |
| -20 | -20,001 | -20,000 | 0,006 2 | 0,001 | 0,060 | | * | pass |
| -40 | -40,002 | -40,001 | 0,012 | 0,000 | 0,070 | | * | pass |
| -50 | -50,002 | -50,001 | 0,012 | 0,000 | 0,075 | | * | pass |
| -60 | -60,004 | -60,003 | 0,012 | -0,001 | 0,080 | | * | pass |
| -80 | -80,004 | -80,003 | 0,012 | -0,001 | 0,090 | | * | pass |
| -100 | -100,004 | -100,003 | 0,012 | 0,000 | 0,100 | | * | pass |

Kalibrierergebnis / calibration result

| | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|---|
| Messbereich <i>measuring range</i> | Sensortyp / -parameter <i>sensor type / parameter</i> | Trägerfreq. <i>carrier freq.</i> | Filter <i>filter</i> | Anz.-Schrittweite <i>indication step width</i> |
| ±1 000 mV/V | full bridge, bridge excitation voltage 2.5 V | DC | 10 Hz Bes. | 0,01 mV/V |

zulässige Lin.abweichung: ±0,02 %
permitted linearity error

Toleranz: ±(0,05 % * value + 0,05 % * range)
tolerance

Kanal / channel 1

| Messwerte y / <i>measured values y</i> | | | | | Spezifikation / <i>specification</i> | | | Bem. <i>note</i> |
|--|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|------|---------------------|
| Sollwert <i>set value</i> | untariert <i>not tared</i> | tariert <i>tared</i> | erw. MU <i>exp. uncert.</i> | lin. Abw. <i>lin. error</i> | Toleranz <i>tolerance</i> | abs. Abweichung <i>abs. deviation</i> | | |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,012 | 0,000 | 0,50 | * | pass | |
| 200 | 200,00 | 200,00 | 0,12 | 0,000 | 0,60 | * | pass | |
| 400 | 400,01 | 400,01 | 0,12 | 0,000 | 0,70 | * | pass | |
| 500 | 500,01 | 500,01 | 0,12 | 0,000 | 0,75 | * | pass | |
| 600 | 600,01 | 600,01 | 0,12 | 0,000 | 0,80 | * | pass | |
| 800 | 800,02 | 800,02 | 0,12 | 0,000 | 0,90 | * | pass | |
| 1 000 | 1 000,02 | 1 000,02 | 0,12 | 0,000 | 1,00 | * | pass | |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,012 | 0,000 | 0,50 | * | pass | |
| -200 | -200,01 | -200,01 | 0,12 | 0,000 | 0,60 | * | pass | |
| -400 | -400,02 | -400,02 | 0,12 | 0,000 | 0,70 | * | pass | |
| -500 | -500,02 | -500,02 | 0,12 | 0,000 | 0,75 | * | pass | |
| -600 | -600,02 | -600,02 | 0,12 | 0,000 | 0,80 | * | pass | |
| -800 | -800,03 | -800,03 | 0,12 | 0,000 | 0,90 | * | pass | |
| -1 000 | -1 000,04 | -1 000,04 | 0,12 | 0,000 | 1,00 | * | pass | |

Kanal / channel 2

| Messwerte y / <i>measured values y</i> | | | | | Spezifikation / <i>specification</i> | | | Bem. <i>note</i> |
|--|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|------|---------------------|
| Sollwert <i>set value</i> | untariert <i>not tared</i> | tariert <i>tared</i> | erw. MU <i>exp. uncert.</i> | lin. Abw. <i>lin. error</i> | Toleranz <i>tolerance</i> | abs. Abweichung <i>abs. deviation</i> | | |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | -0,01 | 0,00 | 0,012 | 0,000 | 0,50 | * | pass | |
| 200 | 200,00 | 200,01 | 0,12 | 0,000 | 0,60 | * | pass | |
| 400 | 400,01 | 400,02 | 0,12 | 0,000 | 0,70 | * | pass | |
| 500 | 500,01 | 500,02 | 0,12 | 0,000 | 0,75 | * | pass | |
| 600 | 600,02 | 600,03 | 0,12 | 0,000 | 0,80 | * | pass | |
| 800 | 800,03 | 800,04 | 0,12 | 0,000 | 0,90 | * | pass | |
| 1 000 | 1 000,04 | 1 000,05 | 0,12 | 0,000 | 1,00 | * | pass | |
| 0 | -0,01 | 0,00 | 0,012 | 0,000 | 0,50 | * | pass | |
| -200 | -200,02 | -200,01 | 0,12 | 0,000 | 0,60 | * | pass | |
| -400 | -400,03 | -400,02 | 0,12 | 0,000 | 0,70 | * | pass | |
| -500 | -500,03 | -500,02 | 0,12 | 0,000 | 0,75 | * | pass | |
| -600 | -600,04 | -600,03 | 0,12 | 0,000 | 0,80 | * | pass | |
| -800 | -800,05 | -800,04 | 0,12 | 0,000 | 0,90 | * | pass | |
| -1 000 | -1 000,06 | -1 000,05 | 0,12 | 0,000 | 1,00 | * | pass | |

| Kanal / channel | | 3 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | Bem. note |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | 0,01 | 0,00 | 0,012 | 0,000 | 0,50 | * | | pass |
| 200 | 200,01 | 200,00 | 0,12 | -0,001 | 0,60 | * | | pass |
| 400 | 400,02 | 400,01 | 0,12 | 0,000 | 0,70 | * | | pass |
| 500 | 500,02 | 500,01 | 0,12 | 0,000 | 0,75 | * | | pass |
| 600 | 600,03 | 600,02 | 0,12 | 0,000 | 0,80 | * | | pass |
| 800 | 800,04 | 800,03 | 0,12 | 0,001 | 0,90 | * | | pass |
| 1 000 | 1 000,04 | 1 000,03 | 0,12 | 0,000 | 1,00 | * | | pass |
| 0 | 0,01 | 0,00 | 0,012 | 0,000 | 0,50 | * | | pass |
| -200 | -200,00 | -200,01 | 0,12 | 0,000 | 0,60 | * | | pass |
| -400 | -400,01 | -400,02 | 0,12 | 0,000 | 0,70 | * | | pass |
| -500 | -500,01 | -500,02 | 0,12 | 0,000 | 0,75 | * | | pass |
| -600 | -600,02 | -600,03 | 0,12 | 0,000 | 0,80 | * | | pass |
| -800 | -800,03 | -800,04 | 0,12 | 0,000 | 0,90 | * | | pass |
| -1 000 | -1 000,04 | -1 000,05 | 0,12 | 0,000 | 1,00 | * | | pass |

| Kanal / channel | | 4 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | Bem. note |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | -0,01 | 0,00 | 0,012 | 0,000 | 0,50 | * | | pass |
| 200 | 200,00 | 200,01 | 0,12 | 0,000 | 0,60 | * | | pass |
| 400 | 400,01 | 400,02 | 0,12 | 0,000 | 0,70 | * | | pass |
| 500 | 500,01 | 500,02 | 0,12 | 0,000 | 0,75 | * | | pass |
| 600 | 600,01 | 600,02 | 0,12 | 0,000 | 0,80 | * | | pass |
| 800 | 800,02 | 800,03 | 0,12 | 0,000 | 0,90 | * | | pass |
| 1 000 | 1 000,03 | 1 000,04 | 0,12 | 0,000 | 1,00 | * | | pass |
| 0 | -0,01 | 0,00 | 0,012 | 0,000 | 0,50 | * | | pass |
| -200 | -200,02 | -200,01 | 0,12 | 0,000 | 0,60 | * | | pass |
| -400 | -400,02 | -400,01 | 0,12 | 0,001 | 0,70 | * | | pass |
| -500 | -500,03 | -500,02 | 0,12 | 0,000 | 0,75 | * | | pass |
| -600 | -600,03 | -600,02 | 0,12 | 0,000 | 0,80 | * | | pass |
| -800 | -800,04 | -800,03 | 0,12 | 0,000 | 0,90 | * | | pass |
| -1 000 | -1 000,05 | -1 000,04 | 0,12 | 0,000 | 1,00 | * | | pass |

| Kanal / channel | | 5 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | Bem. note |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,012 | 0,000 | 0,50 | * | | pass |
| 200 | 200,00 | 200,00 | 0,12 | 0,000 | 0,60 | * | | pass |
| 400 | 400,00 | 400,00 | 0,12 | 0,000 | 0,70 | * | | pass |
| 500 | 500,00 | 500,00 | 0,12 | -0,001 | 0,75 | * | | pass |
| 600 | 600,01 | 600,01 | 0,12 | 0,000 | 0,80 | * | | pass |
| 800 | 800,01 | 800,01 | 0,12 | 0,000 | 0,90 | * | | pass |
| 1 000 | 1 000,01 | 1 000,01 | 0,12 | 0,000 | 1,00 | * | | pass |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,012 | 0,000 | 0,50 | * | | pass |
| -200 | -200,01 | -200,01 | 0,12 | 0,000 | 0,60 | * | | pass |
| -400 | -400,01 | -400,01 | 0,12 | 0,000 | 0,70 | * | | pass |
| -500 | -500,01 | -500,01 | 0,12 | 0,000 | 0,75 | * | | pass |
| -600 | -600,02 | -600,02 | 0,12 | 0,000 | 0,80 | * | | pass |
| -800 | -800,03 | -800,03 | 0,12 | -0,001 | 0,90 | * | | pass |
| -1 000 | -1 000,03 | -1 000,03 | 0,12 | 0,000 | 1,00 | * | | pass |

| Kanal / channel | | 6 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | Bem. note |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,012 | 0,000 | 0,50 | * | | pass |
| 200 | 200,00 | 200,00 | 0,12 | 0,000 | 0,60 | * | | pass |
| 400 | 400,00 | 400,00 | 0,12 | -0,001 | 0,70 | * | | pass |
| 500 | 500,00 | 500,00 | 0,12 | -0,001 | 0,75 | * | | pass |
| 600 | 600,01 | 600,01 | 0,12 | 0,000 | 0,80 | * | | pass |
| 800 | 800,01 | 800,01 | 0,12 | -0,001 | 0,90 | * | | pass |
| 1 000 | 1 000,02 | 1 000,02 | 0,12 | 0,000 | 1,00 | * | | pass |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,012 | 0,000 | 0,50 | * | | pass |
| -200 | -200,01 | -200,01 | 0,12 | 0,000 | 0,60 | * | | pass |
| -400 | -400,01 | -400,01 | 0,12 | 0,000 | 0,70 | * | | pass |
| -500 | -500,01 | -500,01 | 0,12 | 0,000 | 0,75 | * | | pass |
| -600 | -600,02 | -600,02 | 0,12 | 0,000 | 0,80 | * | | pass |
| -800 | -800,02 | -800,02 | 0,12 | 0,000 | 0,90 | * | | pass |
| -1 000 | -1 000,03 | -1 000,03 | 0,12 | 0,000 | 1,00 | * | | pass |

| Kanal / channel | | 7 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | Bem. note |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,012 | 0,000 | 0,50 | * | | pass |
| 200 | 200,00 | 200,00 | 0,12 | 0,000 | 0,60 | * | | pass |
| 400 | 400,00 | 400,00 | 0,12 | -0,001 | 0,70 | * | | pass |
| 500 | 500,00 | 500,00 | 0,12 | -0,001 | 0,75 | * | | pass |
| 600 | 600,01 | 600,01 | 0,12 | 0,000 | 0,80 | * | | pass |
| 800 | 800,01 | 800,01 | 0,12 | -0,001 | 0,90 | * | | pass |
| 1 000 | 1 000,02 | 1 000,02 | 0,12 | 0,000 | 1,00 | * | | pass |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,012 | 0,000 | 0,50 | * | | pass |
| -200 | -200,01 | -200,01 | 0,12 | 0,000 | 0,60 | * | | pass |
| -400 | -400,01 | -400,01 | 0,12 | 0,000 | 0,70 | * | | pass |
| -500 | -500,02 | -500,02 | 0,12 | 0,000 | 0,75 | * | | pass |
| -600 | -600,02 | -600,02 | 0,12 | 0,000 | 0,80 | * | | pass |
| -800 | -800,03 | -800,03 | 0,12 | -0,001 | 0,90 | * | | pass |
| -1 000 | -1 000,03 | -1 000,03 | 0,12 | 0,000 | 1,00 | * | | pass |

| Kanal / channel | | 8 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | Bem. note |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,012 | 0,000 | 0,50 | * | | pass |
| 200 | 199,99 | 199,99 | 0,12 | -0,002 | 0,60 | * | | pass |
| 400 | 400,00 | 400,00 | 0,12 | -0,002 | 0,70 | * | | pass |
| 500 | 500,01 | 500,01 | 0,12 | -0,001 | 0,75 | * | | pass |
| 600 | 600,02 | 600,02 | 0,12 | 0,000 | 0,80 | * | | pass |
| 800 | 800,03 | 800,03 | 0,12 | 0,000 | 0,90 | * | | pass |
| 1 000 | 1 000,04 | 1 000,04 | 0,12 | 0,000 | 1,00 | * | | pass |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,012 | 0,000 | 0,50 | * | | pass |
| -200 | -200,02 | -200,02 | 0,12 | -0,001 | 0,60 | * | | pass |
| -400 | -400,03 | -400,03 | 0,12 | -0,001 | 0,70 | * | | pass |
| -500 | -500,03 | -500,03 | 0,12 | 0,000 | 0,75 | * | | pass |
| -600 | -600,04 | -600,04 | 0,12 | 0,000 | 0,80 | * | | pass |
| -800 | -800,05 | -800,05 | 0,12 | 0,000 | 0,90 | * | | pass |
| -1 000 | -1 000,06 | -1 000,06 | 0,12 | 0,000 | 1,00 | * | | pass |

Kalibrierergebnis / calibration result

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|---|
| Messbereich <i>measuring range</i> | Sensortyp / -parameter <i>sensor type / parameter</i> | Trägerfreq. Filter <i>carrier freq. filter</i> | Anz.-Schrittweite <i>indication step width</i> |
| -200 ... 848 °C | Pt100 | 10 Hz Bes. | 0,01 °C |

zulässige Lin.abweichung: ±0,035 % Toleranz: ±(0,1 % * value + 0,1 % * range)
permitted linearity error *tolerance*

Kanal / channel 1

| Messwerte y / <i>measured values y</i> | | | | Spezifikation / <i>specification</i> | | | Bem. <i>note</i> |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|------|---------------------|
| Sollwert <i>set value</i> | Messwert <i>measured value</i> | erw. MU <i>exp. uncert.</i> | lin. Abw. <i>lin. error</i> | Toleranz <i>tolerance</i> | abs. Abweichung <i>abs. deviation</i> | | |
| °C | °C | °C | % | °C | °C | | |
| -100 | -100,10 | 0,10 | 0,000 | 0,95 | * | pass | |
| -40 | -40,11 | 0,10 | -0,001 | 0,89 | * | pass | |
| -9 | -9,11 | 0,10 | 0,000 | 0,86 | * | pass | |
| 22 | 21,89 | 0,10 | 0,000 | 0,87 | * | pass | |
| 48 | 47,89 | 0,10 | 0,000 | 0,90 | * | pass | |
| 74 | 73,89 | 0,10 | 0,000 | 0,92 | * | pass | |
| 100 | 99,88 | 0,10 | -0,001 | 0,95 | * | pass | |
| 126 | 125,88 | 0,10 | 0,000 | 0,97 | * | pass | |
| 152 | 151,88 | 0,10 | 0,000 | 1,00 | * | pass | |
| 178 | 177,87 | 0,10 | -0,001 | 1,03 | * | pass | |
| 204 | 203,87 | 0,10 | -0,001 | 1,05 | * | pass | |
| 400 | 399,86 | 0,10 | 0,000 | 1,25 | * | pass | |
| 600 | 599,84 | 0,10 | -0,001 | 1,45 | * | pass | |
| 800 | 799,83 | 0,10 | 0,000 | 1,65 | * | pass | |

Kanal / channel 2

| Messwerte y / <i>measured values y</i> | | | | Spezifikation / <i>specification</i> | | | Bem. <i>note</i> |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|------|---------------------|
| Sollwert <i>set value</i> | Messwert <i>measured value</i> | erw. MU <i>exp. uncert.</i> | lin. Abw. <i>lin. error</i> | Toleranz <i>tolerance</i> | abs. Abweichung <i>abs. deviation</i> | | |
| °C | °C | °C | % | °C | °C | | |
| -100 | -100,16 | 0,10 | 0,000 | 0,95 | * | pass | |
| -40 | -40,16 | 0,10 | 0,000 | 0,89 | * | pass | |
| -9 | -9,16 | 0,10 | 0,000 | 0,86 | * | pass | |
| 22 | 21,84 | 0,10 | 0,001 | 0,87 | * | pass | |
| 48 | 47,83 | 0,10 | 0,000 | 0,90 | * | pass | |
| 74 | 73,83 | 0,10 | 0,000 | 0,92 | * | pass | |
| 100 | 99,83 | 0,10 | 0,000 | 0,95 | * | pass | |
| 126 | 125,83 | 0,10 | 0,000 | 0,97 | * | pass | |
| 152 | 151,83 | 0,10 | 0,000 | 1,00 | * | pass | |
| 178 | 177,83 | 0,10 | 0,000 | 1,03 | * | pass | |
| 204 | 203,83 | 0,10 | 0,000 | 1,05 | * | pass | |
| 400 | 399,82 | 0,10 | 0,000 | 1,25 | * | pass | |
| 600 | 599,81 | 0,10 | 0,000 | 1,45 | * | pass | |
| 800 | 799,80 | 0,10 | 0,000 | 1,65 | * | pass | |

| Kanal / channel | | 3 | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|--|--|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | | |
| Sollwert set value | Messwert measured value | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | Bem. note | | |
| °C | °C | °C | % | °C | °C | | | | |
| -100 | -100,16 | 0,10 | 0,000 | 0,95 | *- | | pass | | |
| -40 | -40,17 | 0,10 | -0,001 | 0,89 | *- | | pass | | |
| -9 | -9,17 | 0,10 | -0,001 | 0,86 | *- | | pass | | |
| 22 | 21,83 | 0,10 | 0,000 | 0,87 | *- | | pass | | |
| 48 | 47,83 | 0,10 | 0,000 | 0,90 | *- | | pass | | |
| 74 | 73,83 | 0,10 | 0,000 | 0,92 | *- | | pass | | |
| 100 | 99,83 | 0,10 | 0,000 | 0,95 | *- | | pass | | |
| 126 | 125,82 | 0,10 | -0,001 | 0,97 | *- | | pass | | |
| 152 | 151,82 | 0,10 | -0,001 | 1,00 | *- | | pass | | |
| 178 | 177,82 | 0,10 | -0,001 | 1,03 | *- | | pass | | |
| 204 | 203,82 | 0,10 | 0,000 | 1,05 | *- | | pass | | |
| 400 | 399,81 | 0,10 | 0,000 | 1,25 | *- | | pass | | |
| 600 | 599,80 | 0,10 | 0,000 | 1,45 | *- | | pass | | |
| 800 | 799,79 | 0,10 | 0,000 | 1,65 | *- | | pass | | |

| Kanal / channel | | 4 | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|--|--|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | | |
| Sollwert set value | Messwert measured value | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | Bem. note | | |
| °C | °C | °C | % | °C | °C | | | | |
| -100 | -100,28 | 0,10 | 0,000 | 0,95 | *- | | pass | | |
| -40 | -40,29 | 0,10 | -0,001 | 0,89 | *- | | pass | | |
| -9 | -9,28 | 0,10 | 0,000 | 0,86 | *- | | pass | | |
| 22 | 21,71 | 0,10 | -0,001 | 0,87 | *- | | pass | | |
| 48 | 47,71 | 0,10 | -0,001 | 0,90 | *- | | pass | | |
| 74 | 73,71 | 0,10 | -0,001 | 0,92 | *- | | pass | | |
| 100 | 99,72 | 0,10 | 0,001 | 0,95 | *- | | pass | | |
| 126 | 125,72 | 0,10 | 0,001 | 0,97 | *- | | pass | | |
| 152 | 151,71 | 0,10 | -0,001 | 1,00 | *- | | pass | | |
| 178 | 177,71 | 0,10 | 0,000 | 1,03 | *- | | pass | | |
| 204 | 203,71 | 0,10 | 0,000 | 1,05 | *- | | pass | | |
| 400 | 399,71 | 0,10 | 0,000 | 1,25 | *- | | pass | | |
| 600 | 599,70 | 0,10 | -0,001 | 1,45 | *- | | pass | | |
| 800 | 799,70 | 0,10 | 0,000 | 1,65 | *- | | pass | | |

| Kanal / channel | | 5 | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|--|--|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | | |
| Sollwert set value | Messwert measured value | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | Bem. note | | |
| °C | °C | °C | % | °C | °C | | | | |
| -100 | -100,13 | 0,10 | 0,000 | 0,95 | -* | | pass | | |
| -40 | -40,13 | 0,10 | 0,000 | 0,89 | -* | | pass | | |
| -9 | -9,14 | 0,10 | 0,000 | 0,86 | -* | | pass | | |
| 22 | 21,86 | 0,10 | 0,000 | 0,87 | -* | | pass | | |
| 48 | 47,86 | 0,10 | 0,000 | 0,90 | -* | | pass | | |
| 74 | 73,86 | 0,10 | 0,000 | 0,92 | -* | | pass | | |
| 100 | 99,86 | 0,10 | 0,000 | 0,95 | -* | | pass | | |
| 126 | 125,86 | 0,10 | 0,001 | 0,97 | -* | | pass | | |
| 152 | 151,86 | 0,10 | 0,001 | 1,00 | -* | | pass | | |
| 178 | 177,85 | 0,10 | 0,000 | 1,03 | -* | | pass | | |
| 204 | 203,85 | 0,10 | 0,000 | 1,05 | -* | | pass | | |
| 400 | 399,84 | 0,10 | 0,000 | 1,25 | -* | | pass | | |
| 600 | 599,83 | 0,10 | 0,001 | 1,45 | -* | | pass | | |
| 800 | 799,81 | 0,10 | 0,000 | 1,65 | -* | | pass | | |

| Kanal / channel | | 6 | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|--|--|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | | |
| Sollwert set value | Messwert measured value | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | Bem. note | | |
| °C | °C | °C | % | °C | °C | | | | |
| -100 | -100,13 | 0,10 | 0,000 | 0,95 | -* | | pass | | |
| -40 | -40,13 | 0,10 | 0,000 | 0,89 | -* | | pass | | |
| -9 | -9,13 | 0,10 | 0,001 | 0,86 | -* | | pass | | |
| 22 | 21,87 | 0,10 | 0,001 | 0,87 | -* | | pass | | |
| 48 | 47,86 | 0,10 | 0,000 | 0,90 | -* | | pass | | |
| 74 | 73,86 | 0,10 | 0,000 | 0,92 | -* | | pass | | |
| 100 | 99,86 | 0,10 | 0,000 | 0,95 | -* | | pass | | |
| 126 | 125,86 | 0,10 | 0,001 | 0,97 | -* | | pass | | |
| 152 | 151,86 | 0,10 | 0,001 | 1,00 | -* | | pass | | |
| 178 | 177,85 | 0,10 | 0,000 | 1,03 | -* | | pass | | |
| 204 | 203,85 | 0,10 | 0,000 | 1,05 | -* | | pass | | |
| 400 | 399,85 | 0,10 | 0,002 | 1,25 | -* | | pass | | |
| 600 | 599,83 | 0,10 | 0,001 | 1,45 | -* | | pass | | |
| 800 | 799,81 | 0,10 | 0,000 | 1,65 | -* | | pass | | |

| Kanal / channel | | 7 | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|------|--|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | | |
| Sollwert set value | Messwert measured value | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | Bem. note | | |
| °C | °C | °C | % | °C | °C | | | | |
| -100 | -100,14 | 0,10 | 0,000 | 0,95 | * | * | | pass | |
| -40 | -40,14 | 0,10 | 0,000 | 0,89 | * | * | | pass | |
| -9 | -9,14 | 0,10 | 0,001 | 0,86 | * | * | | pass | |
| 22 | 21,85 | 0,10 | 0,000 | 0,87 | * | * | | pass | |
| 48 | 47,85 | 0,10 | 0,000 | 0,90 | * | * | | pass | |
| 74 | 73,85 | 0,10 | 0,000 | 0,92 | * | * | | pass | |
| 100 | 99,85 | 0,10 | 0,000 | 0,95 | * | * | | pass | |
| 126 | 125,85 | 0,10 | 0,000 | 0,97 | * | * | | pass | |
| 152 | 151,85 | 0,10 | 0,000 | 1,00 | * | * | | pass | |
| 178 | 177,84 | 0,10 | -0,001 | 1,03 | * | * | | pass | |
| 204 | 203,84 | 0,10 | 0,000 | 1,05 | * | * | | pass | |
| 400 | 399,84 | 0,10 | 0,001 | 1,25 | * | * | | pass | |
| 600 | 599,82 | 0,10 | 0,000 | 1,45 | * | * | | pass | |
| 800 | 799,81 | 0,10 | 0,000 | 1,65 | * | * | | pass | |

| Kanal / channel | | 8 | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|------|--|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | | |
| Sollwert set value | Messwert measured value | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | Bem. note | | |
| °C | °C | °C | % | °C | °C | | | | |
| -100 | -100,06 | 0,10 | 0,000 | 0,95 | * | * | | pass | |
| -40 | -40,06 | 0,10 | 0,001 | 0,89 | * | * | | pass | |
| -9 | -9,06 | 0,10 | 0,001 | 0,86 | * | * | | pass | |
| 22 | 21,93 | 0,10 | 0,000 | 0,87 | * | * | | pass | |
| 48 | 47,93 | 0,10 | 0,000 | 0,90 | * | * | | pass | |
| 74 | 73,93 | 0,10 | 0,000 | 0,92 | * | * | | pass | |
| 100 | 99,93 | 0,10 | 0,001 | 0,95 | * | * | | pass | |
| 126 | 125,93 | 0,10 | 0,001 | 0,97 | * | * | | pass | |
| 152 | 151,92 | 0,10 | 0,000 | 1,00 | * | * | | pass | |
| 178 | 177,92 | 0,10 | 0,000 | 1,03 | * | * | | pass | |
| 204 | 203,92 | 0,10 | 0,000 | 1,05 | * | * | | pass | |
| 400 | 399,91 | 0,10 | 0,001 | 1,25 | * | * | | pass | |
| 600 | 599,89 | 0,10 | 0,001 | 1,45 | * | * | | pass | |
| 800 | 799,87 | 0,10 | 0,000 | 1,65 | * | * | | pass | |

Kalibrierergebnis / calibration result

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|---|
| Messbereich <i>measuring range</i> | Sensortyp / -parameter <i>sensor type / parameter</i> | Trägerfreq. Filter <i>carrier freq. filter</i> | Anz.-Schrittweite <i>indication step width</i> |
| -200 ... 848 °C | Pt1000 | 10 Hz Bes. | 0,01 °C |

zulässige Lin.abweichung: ±0,035 % *permitted linearity error* Toleranz: ±(0,1 % * value + 0,1 % * range) *tolerance*

Kanal / channel 1

| Messwerte y / <i>measured values y</i> | | | | Spezifikation / <i>specification</i> | | | Bem. <i>note</i> |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|------|---------------------|
| Sollwert <i>set value</i> | Messwert <i>measured value</i> | erw. MU <i>exp. uncert.</i> | lin. Abw. <i>lin. error</i> | Toleranz <i>tolerance</i> | abs. Abweichung <i>abs. deviation</i> | | |
| °C | °C | °C | % | °C | °C | | |
| -100 | -100,02 | 0,10 | 0,000 | 0,95 | * | pass | |
| -40 | -40,02 | 0,10 | 0,001 | 0,89 | * | pass | |
| 0 | -0,02 | 0,10 | 0,001 | 0,85 | * | pass | |
| 22 | 21,97 | 0,10 | 0,000 | 0,87 | * | pass | |
| 48 | 47,97 | 0,10 | 0,001 | 0,90 | * | pass | |
| 74 | 73,97 | 0,10 | 0,001 | 0,92 | * | pass | |
| 100 | 99,97 | 0,10 | 0,001 | 0,95 | * | pass | |
| 126 | 125,96 | 0,10 | 0,000 | 0,97 | * | pass | |
| 152 | 151,96 | 0,10 | 0,001 | 1,00 | * | pass | |
| 178 | 177,96 | 0,10 | 0,001 | 1,03 | * | pass | |
| 204 | 203,95 | 0,18 | 0,000 | 1,05 | * | pass | |
| 400 | 399,92 | 0,18 | -0,001 | 1,25 | * | pass | |
| 600 | 599,89 | 0,24 | -0,002 | 1,45 | * | pass | |
| 800 | 799,89 | 0,24 | 0,000 | 1,65 | * | pass | |

Kanal / channel 2

| Messwerte y / <i>measured values y</i> | | | | Spezifikation / <i>specification</i> | | | Bem. <i>note</i> |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|------|---------------------|
| Sollwert <i>set value</i> | Messwert <i>measured value</i> | erw. MU <i>exp. uncert.</i> | lin. Abw. <i>lin. error</i> | Toleranz <i>tolerance</i> | abs. Abweichung <i>abs. deviation</i> | | |
| °C | °C | °C | % | °C | °C | | |
| -100 | -100,02 | 0,10 | 0,000 | 0,95 | * | pass | |
| -40 | -40,02 | 0,10 | 0,000 | 0,89 | * | pass | |
| 0 | -0,02 | 0,10 | 0,001 | 0,85 | * | pass | |
| 22 | 21,98 | 0,10 | 0,001 | 0,87 | * | pass | |
| 48 | 47,98 | 0,10 | 0,001 | 0,90 | * | pass | |
| 74 | 73,98 | 0,10 | 0,001 | 0,92 | * | pass | |
| 100 | 99,98 | 0,10 | 0,002 | 0,95 | * | pass | |
| 126 | 125,97 | 0,10 | 0,001 | 0,97 | * | pass | |
| 152 | 151,97 | 0,10 | 0,001 | 1,00 | * | pass | |
| 178 | 177,97 | 0,10 | 0,001 | 1,03 | * | pass | |
| 204 | 203,97 | 0,18 | 0,001 | 1,05 | * | pass | |
| 400 | 399,94 | 0,18 | -0,001 | 1,25 | * | pass | |
| 600 | 599,92 | 0,24 | -0,002 | 1,45 | * | pass | |
| 800 | 799,92 | 0,24 | 0,000 | 1,65 | * | pass | |

| Kanal / channel | | 3 | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | |
| Sollwert set value | Messwert measured value | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | Bem. note |
| °C | °C | °C | % | °C | °C | | |
| -100 | -100,02 | 0,10 | 0,000 | 0,95 | * | | pass |
| -40 | -40,02 | 0,10 | 0,000 | 0,89 | * | | pass |
| 0 | -0,02 | 0,10 | 0,001 | 0,85 | * | | pass |
| 22 | 21,98 | 0,10 | 0,001 | 0,87 | * | | pass |
| 48 | 47,98 | 0,10 | 0,001 | 0,90 | * | | pass |
| 74 | 73,98 | 0,10 | 0,001 | 0,92 | * | | pass |
| 100 | 99,98 | 0,10 | 0,002 | 0,95 | * | | pass |
| 126 | 125,97 | 0,10 | 0,001 | 0,97 | * | | pass |
| 152 | 151,97 | 0,10 | 0,001 | 1,00 | * | | pass |
| 178 | 177,97 | 0,10 | 0,001 | 1,03 | * | | pass |
| 204 | 203,97 | 0,18 | 0,001 | 1,05 | * | | pass |
| 400 | 399,94 | 0,18 | -0,001 | 1,25 | * | | pass |
| 600 | 599,92 | 0,24 | -0,002 | 1,45 | * | | pass |
| 800 | 799,92 | 0,24 | 0,000 | 1,65 | * | | pass |

| Kanal / channel | | 4 | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | |
| Sollwert set value | Messwert measured value | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | Bem. note |
| °C | °C | °C | % | °C | °C | | |
| -100 | -100,02 | 0,10 | 0,000 | 0,95 | * | | pass |
| -40 | -40,02 | 0,10 | 0,000 | 0,89 | * | | pass |
| 0 | -0,02 | 0,10 | 0,001 | 0,85 | * | | pass |
| 22 | 21,98 | 0,10 | 0,001 | 0,87 | * | | pass |
| 48 | 47,98 | 0,10 | 0,001 | 0,90 | * | | pass |
| 74 | 73,98 | 0,10 | 0,001 | 0,92 | * | | pass |
| 100 | 99,98 | 0,10 | 0,002 | 0,95 | * | | pass |
| 126 | 125,98 | 0,10 | 0,002 | 0,97 | * | | pass |
| 152 | 151,98 | 0,10 | 0,002 | 1,00 | * | | pass |
| 178 | 177,98 | 0,10 | 0,002 | 1,03 | * | | pass |
| 204 | 203,97 | 0,18 | 0,001 | 1,05 | * | | pass |
| 400 | 399,95 | 0,18 | 0,000 | 1,25 | * | | pass |
| 600 | 599,93 | 0,24 | 0,000 | 1,45 | * | | pass |
| 800 | 799,92 | 0,24 | 0,000 | 1,65 | * | | pass |

| Kanal / channel | | 5 | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | |
| Sollwert set value | Messwert measured value | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | Bem. note |
| °C | °C | °C | % | °C | °C | | |
| -100 | -100,02 | 0,10 | 0,000 | 0,95 | * | | pass |
| -40 | -40,02 | 0,10 | 0,001 | 0,89 | * | | pass |
| 0 | -0,02 | 0,10 | 0,001 | 0,85 | * | | pass |
| 22 | 21,98 | 0,10 | 0,001 | 0,87 | * | | pass |
| 48 | 47,98 | 0,10 | 0,001 | 0,90 | * | | pass |
| 74 | 73,98 | 0,10 | 0,002 | 0,92 | * | | pass |
| 100 | 99,98 | 0,10 | 0,002 | 0,95 | * | | pass |
| 126 | 125,97 | 0,10 | 0,001 | 0,97 | * | | pass |
| 152 | 151,97 | 0,10 | 0,001 | 1,00 | * | | pass |
| 178 | 177,97 | 0,10 | 0,001 | 1,03 | * | | pass |
| 204 | 203,96 | 0,18 | 0,000 | 1,05 | * | | pass |
| 400 | 399,94 | 0,18 | 0,000 | 1,25 | * | | pass |
| 600 | 599,92 | 0,24 | -0,001 | 1,45 | * | | pass |
| 800 | 799,91 | 0,24 | 0,000 | 1,65 | * | | pass |

| Kanal / channel | | 6 | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | |
| Sollwert set value | Messwert measured value | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | Bem. note |
| °C | °C | °C | % | °C | °C | | |
| -100 | -100,01 | 0,10 | 0,000 | 0,95 | * | | pass |
| -40 | -40,01 | 0,10 | 0,000 | 0,89 | * | | pass |
| 0 | -0,01 | 0,10 | 0,001 | 0,85 | * | | pass |
| 22 | 21,99 | 0,10 | 0,001 | 0,87 | * | | pass |
| 48 | 47,99 | 0,10 | 0,001 | 0,90 | * | | pass |
| 74 | 73,99 | 0,10 | 0,001 | 0,92 | * | | pass |
| 100 | 99,99 | 0,10 | 0,001 | 0,95 | * | | pass |
| 126 | 125,98 | 0,10 | 0,000 | 0,97 | * | | pass |
| 152 | 151,98 | 0,10 | 0,000 | 1,00 | * | | pass |
| 178 | 177,98 | 0,10 | 0,000 | 1,03 | * | | pass |
| 204 | 203,98 | 0,18 | 0,000 | 1,05 | * | | pass |
| 400 | 399,96 | 0,18 | -0,001 | 1,25 | * | | pass |
| 600 | 599,94 | 0,24 | -0,002 | 1,45 | * | | pass |
| 800 | 799,95 | 0,24 | 0,000 | 1,65 | * | | pass |

| Kanal / channel | | 7 | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|--|--|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | | |
| Sollwert set value | Messwert measured value | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | Bem. note | | |
| °C | °C | °C | % | °C | °C | | | | |
| -100 | -100,01 | 0,10 | 0,000 | 0,95 | | | pass | | |
| -40 | -40,01 | 0,10 | 0,000 | 0,89 | | | pass | | |
| 0 | -0,01 | 0,10 | 0,000 | 0,85 | | | pass | | |
| 22 | 21,99 | 0,10 | 0,000 | 0,87 | | | pass | | |
| 48 | 47,99 | 0,10 | 0,001 | 0,90 | | | pass | | |
| 74 | 73,99 | 0,10 | 0,001 | 0,92 | | | pass | | |
| 100 | 99,99 | 0,10 | 0,001 | 0,95 | | | pass | | |
| 126 | 125,99 | 0,10 | 0,001 | 0,97 | | | pass | | |
| 152 | 151,99 | 0,10 | 0,001 | 1,00 | | | pass | | |
| 178 | 177,99 | 0,10 | 0,001 | 1,03 | | | pass | | |
| 204 | 203,98 | 0,18 | 0,000 | 1,05 | | | pass | | |
| 400 | 399,96 | 0,18 | -0,002 | 1,25 | | | pass | | |
| 600 | 599,95 | 0,24 | -0,002 | 1,45 | | | pass | | |
| 800 | 799,96 | 0,24 | 0,000 | 1,65 | | | pass | | |

| Kanal / channel | | 8 | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|--|--|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | | |
| Sollwert set value | Messwert measured value | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | Bem. note | | |
| °C | °C | °C | % | °C | °C | | | | |
| -100 | -100,01 | 0,10 | 0,000 | 0,95 | | | pass | | |
| -40 | -40,01 | 0,10 | 0,000 | 0,89 | | | pass | | |
| 0 | -0,01 | 0,10 | 0,001 | 0,85 | | | pass | | |
| 22 | 21,99 | 0,10 | 0,001 | 0,87 | | | pass | | |
| 48 | 47,99 | 0,10 | 0,001 | 0,90 | | | pass | | |
| 74 | 73,99 | 0,10 | 0,001 | 0,92 | | | pass | | |
| 100 | 99,98 | 0,10 | 0,000 | 0,95 | | | pass | | |
| 126 | 125,98 | 0,10 | 0,000 | 0,97 | | | pass | | |
| 152 | 151,98 | 0,10 | 0,000 | 1,00 | | | pass | | |
| 178 | 177,98 | 0,10 | 0,000 | 1,03 | | | pass | | |
| 204 | 203,97 | 0,18 | -0,001 | 1,05 | | | pass | | |
| 400 | 399,95 | 0,18 | -0,002 | 1,25 | | | pass | | |
| 600 | 599,94 | 0,24 | -0,002 | 1,45 | | | pass | | |
| 800 | 799,95 | 0,24 | 0,000 | 1,65 | | | pass | | |

Kalibrierergebnis / calibration result

| | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|---|
| Messbereich <i>measuring range</i> | Sensortyp / -parameter <i>sensor type / parameter</i> | Trägerfreq. <i>carrier freq.</i> | Filter <i>filter</i> | Anz.-Schrittweite <i>indication step width</i> |
| ±5 mV/V | full bridge, bridge excitation voltage 2.5 V | 4,8 kHz sine | 10 Hz Bes. | 0,000 1 mV/V |

zulässige Lin.abweichung: ±0,02 %
permitted linearity error

Toleranz: ±(0,05 % * value + 0,05 % * range)
tolerance

Kanal / channel

1

| Sollwert <i>set value</i> | Messwerte y / <i>measured values y</i> | | | | Spezifikation / <i>specification</i> | | Bem. <i>note</i> |
|------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------|
| | untariert <i>not tared</i> | tariert <i>tared</i> | erw. MU <i>exp. uncert.</i> | lin. Abw. <i>lin. error</i> | Toleranz <i>tolerance</i> | abs. Abweichung <i>abs. deviation</i> | |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | |
| 0 | 0,000 3 | 0,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,002 5 | * | pass |
| 0,4 | 0,400 3 | 0,400 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,002 7 | * | pass |
| 0,8 | 0,800 3 | 0,800 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,002 9 | * | pass |
| 1 | 1,000 3 | 1,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,003 0 | * | pass |
| 1,2 | 1,200 3 | 1,200 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,003 1 | * | pass |
| 1,6 | 1,600 3 | 1,600 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,003 3 | * | pass |
| 2 | 2,000 3 | 2,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,003 5 | * | pass |
| 0 | 0,000 3 | 0,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,002 5 | * | pass |
| -0,4 | -0,399 8 | -0,400 1 | 0,000 60 | -0,002 | 0,002 7 | * | pass |
| -0,8 | -0,799 7 | -0,800 0 | 0,000 60 | 0,001 | 0,002 9 | * | pass |
| -1 | -0,999 7 | -1,000 0 | 0,000 60 | 0,001 | 0,003 0 | * | pass |
| -1,2 | -1,199 7 | -1,200 0 | 0,000 60 | 0,001 | 0,003 1 | * | pass |
| -1,6 | -1,599 7 | -1,600 0 | 0,000 60 | 0,002 | 0,003 3 | * | pass |
| -2 | -1,999 8 | -2,000 1 | 0,000 60 | 0,000 | 0,003 5 | * | pass |

Kanal / channel

2

| Sollwert <i>set value</i> | Messwerte y / <i>measured values y</i> | | | | Spezifikation / <i>specification</i> | | Bem. <i>note</i> |
|------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------|
| | untariert <i>not tared</i> | tariert <i>tared</i> | erw. MU <i>exp. uncert.</i> | lin. Abw. <i>lin. error</i> | Toleranz <i>tolerance</i> | abs. Abweichung <i>abs. deviation</i> | |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | |
| 0 | 0,000 6 | 0,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,002 5 | * | pass |
| 0,4 | 0,400 7 | 0,400 1 | 0,000 60 | 0,002 | 0,002 7 | * | pass |
| 0,8 | 0,800 7 | 0,800 1 | 0,000 60 | 0,001 | 0,002 9 | * | pass |
| 1 | 1,000 7 | 1,000 1 | 0,000 60 | 0,001 | 0,003 0 | * | pass |
| 1,2 | 1,200 6 | 1,200 0 | 0,000 60 | -0,001 | 0,003 1 | * | pass |
| 1,6 | 1,600 6 | 1,600 0 | 0,000 60 | -0,002 | 0,003 3 | * | pass |
| 2 | 2,000 7 | 2,000 1 | 0,000 60 | 0,000 | 0,003 5 | * | pass |
| 0 | 0,000 6 | 0,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,002 5 | * | pass |
| -0,4 | -0,399 4 | -0,400 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,002 7 | * | pass |
| -0,8 | -0,799 4 | -0,800 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,002 9 | * | pass |
| -1 | -0,999 4 | -1,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,003 0 | * | pass |
| -1,2 | -1,199 4 | -1,200 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,003 1 | * | pass |
| -1,6 | -1,599 4 | -1,600 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,003 3 | * | pass |
| -2 | -1,999 4 | -2,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,003 5 | * | pass |

| Kanal / channel | | 3 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | Bem. note | |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | 0,000 1 | 0,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,002 5 | * | pass | |
| 0,4 | 0,400 2 | 0,400 1 | 0,000 60 | 0,002 | 0,002 7 | * | pass | |
| 0,8 | 0,800 2 | 0,800 1 | 0,000 60 | 0,001 | 0,002 9 | * | pass | |
| 1 | 1,000 2 | 1,000 1 | 0,000 60 | 0,001 | 0,003 0 | * | pass | |
| 1,2 | 1,200 1 | 1,200 0 | 0,000 60 | -0,001 | 0,003 1 | * | pass | |
| 1,6 | 1,600 1 | 1,600 0 | 0,000 60 | -0,002 | 0,003 3 | * | pass | |
| 2 | 2,000 2 | 2,000 1 | 0,000 60 | 0,000 | 0,003 5 | * | pass | |
| 0 | 0,000 1 | 0,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,002 5 | * | pass | |
| -0,4 | -0,399 9 | -0,400 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,002 7 | * | pass | |
| -0,8 | -0,799 9 | -0,800 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,002 9 | * | pass | |
| -1 | -0,999 9 | -1,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,003 0 | * | pass | |
| -1,2 | -1,199 9 | -1,200 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,003 1 | * | pass | |
| -1,6 | -1,599 9 | -1,600 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,003 3 | * | pass | |
| -2 | -1,999 9 | -2,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,003 5 | * | pass | |

| Kanal / channel | | 4 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | Bem. note | |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | 0,000 7 | 0,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,002 5 | * | pass | |
| 0,4 | 0,400 7 | 0,400 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,002 7 | * | pass | |
| 0,8 | 0,800 7 | 0,800 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,002 9 | * | pass | |
| 1 | 1,000 7 | 1,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,003 0 | * | pass | |
| 1,2 | 1,200 7 | 1,200 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,003 1 | * | pass | |
| 1,6 | 1,600 7 | 1,600 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,003 3 | * | pass | |
| 2 | 2,000 7 | 2,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,003 5 | * | pass | |
| 0 | 0,000 7 | 0,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,002 5 | * | pass | |
| -0,4 | -0,399 4 | -0,400 1 | 0,000 60 | -0,002 | 0,002 7 | * | pass | |
| -0,8 | -0,799 3 | -0,800 0 | 0,000 60 | 0,001 | 0,002 9 | * | pass | |
| -1 | -0,999 3 | -1,000 0 | 0,000 60 | 0,001 | 0,003 0 | * | pass | |
| -1,2 | -1,199 3 | -1,200 0 | 0,000 60 | 0,001 | 0,003 1 | * | pass | |
| -1,6 | -1,599 3 | -1,600 0 | 0,000 60 | 0,002 | 0,003 3 | * | pass | |
| -2 | -1,999 4 | -2,000 1 | 0,000 60 | 0,000 | 0,003 5 | * | pass | |

| Kanal / channel | | 5 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | Bem. note | |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,002 5 | —*— | pass | |
| 0,4 | 0,400 1 | 0,400 1 | 0,000 60 | 0,002 | 0,002 7 | —*— | pass | |
| 0,8 | 0,800 1 | 0,800 1 | 0,000 60 | 0,001 | 0,002 9 | —*— | pass | |
| 1 | 1,000 1 | 1,000 1 | 0,000 60 | 0,001 | 0,003 0 | —*— | pass | |
| 1,2 | 1,200 0 | 1,200 0 | 0,000 60 | -0,001 | 0,003 1 | —*— | pass | |
| 1,6 | 1,600 0 | 1,600 0 | 0,000 60 | -0,002 | 0,003 3 | —*— | pass | |
| 2 | 2,000 1 | 2,000 1 | 0,000 60 | 0,000 | 0,003 5 | —*— | pass | |
| 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,002 5 | —*— | pass | |
| -0,4 | -0,400 0 | -0,400 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,002 7 | —*— | pass | |
| -0,8 | -0,800 0 | -0,800 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,002 9 | —*— | pass | |
| -1 | -1,000 0 | -1,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,003 0 | —*— | pass | |
| -1,2 | -1,200 0 | -1,200 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,003 1 | —*— | pass | |
| -1,6 | -1,599 9 | -1,599 9 | 0,000 60 | 0,002 | 0,003 3 | —*— | pass | |
| -2 | -2,000 0 | -2,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,003 5 | —*— | pass | |

| Kanal / channel | | 6 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | Bem. note | |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | 0,000 5 | 0,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,002 5 | —*— | pass | |
| 0,4 | 0,400 5 | 0,400 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,002 7 | —*— | pass | |
| 0,8 | 0,800 5 | 0,800 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,002 9 | —*— | pass | |
| 1 | 1,000 5 | 1,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,003 0 | —*— | pass | |
| 1,2 | 1,200 5 | 1,200 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,003 1 | —*— | pass | |
| 1,6 | 1,600 5 | 1,600 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,003 3 | —*— | pass | |
| 2 | 2,000 5 | 2,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,003 5 | —*— | pass | |
| 0 | 0,000 5 | 0,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,002 5 | —*— | pass | |
| -0,4 | -0,399 6 | -0,400 1 | 0,000 60 | -0,002 | 0,002 7 | —*— | pass | |
| -0,8 | -0,799 6 | -0,800 1 | 0,000 60 | -0,001 | 0,002 9 | —*— | pass | |
| -1 | -0,999 6 | -1,000 1 | 0,000 60 | -0,001 | 0,003 0 | —*— | pass | |
| -1,2 | -1,199 6 | -1,200 1 | 0,000 60 | -0,001 | 0,003 1 | —*— | pass | |
| -1,6 | -1,599 6 | -1,600 1 | 0,000 60 | 0,000 | 0,003 3 | —*— | pass | |
| -2 | -1,999 6 | -2,000 1 | 0,000 60 | 0,000 | 0,003 5 | —*— | pass | |

Kanal / channel

7

| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | Bem. note |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------|--------------|
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | 0,000 4 | 0,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,002 5 | * | pass | |
| 0,4 | 0,400 4 | 0,400 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,002 7 | * | pass | |
| 0,8 | 0,800 4 | 0,800 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,002 9 | * | pass | |
| 1 | 1,000 4 | 1,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,003 0 | * | pass | |
| 1,2 | 1,200 4 | 1,200 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,003 1 | * | pass | |
| 1,6 | 1,600 4 | 1,600 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,003 3 | * | pass | |
| 2 | 2,000 4 | 2,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,003 5 | * | pass | |
| 0 | 0,000 4 | 0,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,002 5 | * | pass | |
| -0,4 | -0,399 7 | -0,400 1 | 0,000 60 | -0,002 | 0,002 7 | * | pass | |
| -0,8 | -0,799 7 | -0,800 1 | 0,000 60 | -0,001 | 0,002 9 | * | pass | |
| -1 | -0,999 7 | -1,000 1 | 0,000 60 | -0,001 | 0,003 0 | * | pass | |
| -1,2 | -1,199 7 | -1,200 1 | 0,000 60 | -0,001 | 0,003 1 | * | pass | |
| -1,6 | -1,599 6 | -1,600 0 | 0,000 60 | 0,002 | 0,003 3 | * | pass | |
| -2 | -1,999 7 | -2,000 1 | 0,000 60 | 0,000 | 0,003 5 | * | pass | |

Kanal / channel

8

| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | Bem. note |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------|--------------|
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | 0,000 5 | 0,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,002 5 | * | pass | |
| 0,4 | 0,400 5 | 0,400 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,002 7 | * | pass | |
| 0,8 | 0,800 5 | 0,800 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,002 9 | * | pass | |
| 1 | 1,000 5 | 1,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,003 0 | * | pass | |
| 1,2 | 1,200 5 | 1,200 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,003 1 | * | pass | |
| 1,6 | 1,600 5 | 1,600 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,003 3 | * | pass | |
| 2 | 2,000 5 | 2,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,003 5 | * | pass | |
| 0 | 0,000 5 | 0,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,002 5 | * | pass | |
| -0,4 | -0,399 5 | -0,400 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,002 7 | * | pass | |
| -0,8 | -0,799 6 | -0,800 1 | 0,000 60 | -0,001 | 0,002 9 | * | pass | |
| -1 | -0,999 5 | -1,000 0 | 0,000 60 | 0,001 | 0,003 0 | * | pass | |
| -1,2 | -1,199 5 | -1,200 0 | 0,000 60 | 0,001 | 0,003 1 | * | pass | |
| -1,6 | -1,599 5 | -1,600 0 | 0,000 60 | 0,002 | 0,003 3 | * | pass | |
| -2 | -1,999 6 | -2,000 1 | 0,000 60 | 0,000 | 0,003 5 | * | pass | |

Kalibrierergebnis / calibration result

| | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|---|
| Messbereich <i>measuring range</i> | Sensortyp / -parameter <i>sensor type / parameter</i> | Trägerfreq. <i>carrier freq.</i> | Filter <i>filter</i> | Anz.-Schrittweite <i>indication step width</i> |
| ±10 mV/V | full bridge, bridge excitation voltage 1 V | 4,8 kHz sine | 10 Hz Bes. | 0,000 1 mV/V |

zulässige Lin.abweichung: ±0,02 % Toleranz: ±(0,05 % * value + 0,05 % * range)
permitted linearity error *tolerance*

Kanal / channel

1

| Messwerte y / <i>measured values y</i> | | | | Spezifikation / <i>specification</i> | | | | Bem. <i>note</i> |
|--|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|------|---------------------|
| Sollwert <i>set value</i> | untariert <i>not tared</i> | tariert <i>tared</i> | erw. MU <i>exp. uncert.</i> | lin. Abw. <i>lin. error</i> | Toleranz <i>tolerance</i> | abs. Abweichung <i>abs. deviation</i> | | |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | 0,000 3 | 0,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 0 | * | pass | |
| 0,4 | 0,400 4 | 0,400 1 | 0,000 60 | 0,001 | 0,005 2 | * | pass | |
| 0,8 | 0,800 4 | 0,800 1 | 0,000 60 | 0,001 | 0,005 4 | * | pass | |
| 1 | 1,000 3 | 1,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 5 | * | pass | |
| 1,2 | 1,200 3 | 1,200 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 6 | * | pass | |
| 1,6 | 1,600 3 | 1,600 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 8 | * | pass | |
| 2 | 2,000 3 | 2,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,006 0 | * | pass | |
| 0 | 0,000 2 | 0,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 0 | * | pass | |
| -0,4 | -0,399 7 | -0,399 9 | 0,000 60 | 0,001 | 0,005 2 | * | pass | |
| -0,8 | -0,799 7 | -0,799 9 | 0,000 60 | 0,001 | 0,005 4 | * | pass | |
| -1 | -0,999 7 | -0,999 9 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 5 | * | pass | |
| -1,2 | -1,199 7 | -1,199 9 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 6 | * | pass | |
| -1,6 | -1,599 7 | -1,599 9 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 8 | * | pass | |
| -2 | -1,999 7 | -1,999 9 | 0,000 60 | 0,000 | 0,006 0 | * | pass | |

Kanal / channel

2

| Messwerte y / <i>measured values y</i> | | | | Spezifikation / <i>specification</i> | | | | Bem. <i>note</i> |
|--|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|------|---------------------|
| Sollwert <i>set value</i> | untariert <i>not tared</i> | tariert <i>tared</i> | erw. MU <i>exp. uncert.</i> | lin. Abw. <i>lin. error</i> | Toleranz <i>tolerance</i> | abs. Abweichung <i>abs. deviation</i> | | |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | 0,000 7 | 0,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 0 | * | pass | |
| 0,4 | 0,400 7 | 0,400 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 2 | * | pass | |
| 0,8 | 0,800 7 | 0,800 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 4 | * | pass | |
| 1 | 1,000 7 | 1,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 5 | * | pass | |
| 1,2 | 1,200 7 | 1,200 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 6 | * | pass | |
| 1,6 | 1,600 6 | 1,599 9 | 0,000 60 | -0,001 | 0,005 8 | * | pass | |
| 2 | 2,000 7 | 2,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,006 0 | * | pass | |
| 0 | 0,000 6 | 0,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 0 | * | pass | |
| -0,4 | -0,399 4 | -0,400 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 2 | * | pass | |
| -0,8 | -0,799 4 | -0,800 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 4 | * | pass | |
| -1 | -0,999 3 | -0,999 9 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 5 | * | pass | |
| -1,2 | -1,199 3 | -1,199 9 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 6 | * | pass | |
| -1,6 | -1,599 3 | -1,599 9 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 8 | * | pass | |
| -2 | -1,999 3 | -1,999 9 | 0,000 60 | 0,000 | 0,006 0 | * | pass | |

| Kanal / channel | | 3 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | Bem. note | |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | 0,000 1 | 0,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 0 | * | pass | |
| 0,4 | 0,400 2 | 0,400 1 | 0,000 60 | 0,001 | 0,005 2 | * | pass | |
| 0,8 | 0,800 2 | 0,800 1 | 0,000 60 | 0,001 | 0,005 4 | * | pass | |
| 1 | 1,000 1 | 1,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 5 | * | pass | |
| 1,2 | 1,200 1 | 1,200 0 | 0,000 60 | -0,001 | 0,005 6 | * | pass | |
| 1,6 | 1,600 1 | 1,600 0 | 0,000 60 | -0,001 | 0,005 8 | * | pass | |
| 2 | 2,000 2 | 2,000 1 | 0,000 60 | 0,000 | 0,006 0 | * | pass | |
| 0 | 0,000 1 | 0,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 0 | * | pass | |
| -0,4 | -0,399 9 | -0,400 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 2 | * | pass | |
| -0,8 | -0,799 9 | -0,800 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 4 | * | pass | |
| -1 | -0,999 8 | -0,999 9 | 0,000 60 | 0,001 | 0,005 5 | * | pass | |
| -1,2 | -1,199 9 | -1,200 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 6 | * | pass | |
| -1,6 | -1,599 8 | -1,599 9 | 0,000 60 | 0,001 | 0,005 8 | * | pass | |
| -2 | -1,999 9 | -2,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,006 0 | * | pass | |

| Kanal / channel | | 4 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | Bem. note | |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | 0,000 6 | 0,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 0 | * | pass | |
| 0,4 | 0,400 7 | 0,400 1 | 0,000 60 | 0,001 | 0,005 2 | * | pass | |
| 0,8 | 0,800 7 | 0,800 1 | 0,000 60 | 0,001 | 0,005 4 | * | pass | |
| 1 | 1,000 7 | 1,000 1 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 5 | * | pass | |
| 1,2 | 1,200 7 | 1,200 1 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 6 | * | pass | |
| 1,6 | 1,600 7 | 1,600 1 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 8 | * | pass | |
| 2 | 2,000 7 | 2,000 1 | 0,000 60 | 0,000 | 0,006 0 | * | pass | |
| 0 | 0,000 6 | 0,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 0 | * | pass | |
| -0,4 | -0,399 4 | -0,400 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 2 | * | pass | |
| -0,8 | -0,799 4 | -0,800 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 4 | * | pass | |
| -1 | -0,999 4 | -1,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 5 | * | pass | |
| -1,2 | -1,199 4 | -1,200 0 | 0,000 60 | 0,001 | 0,005 6 | * | pass | |
| -1,6 | -1,599 4 | -1,600 0 | 0,000 60 | 0,001 | 0,005 8 | * | pass | |
| -2 | -1,999 5 | -2,000 1 | 0,000 60 | 0,000 | 0,006 0 | * | pass | |

| Kanal / channel | | 5 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | Bem. note | |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 0 | * | pass | |
| 0,4 | 0,400 0 | 0,400 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 2 | * | pass | |
| 0,8 | 0,800 0 | 0,800 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 4 | * | pass | |
| 1 | 1,000 0 | 1,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 5 | * | pass | |
| 1,2 | 1,200 0 | 1,200 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 6 | * | pass | |
| 1,6 | 1,600 0 | 1,600 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 8 | * | pass | |
| 2 | 2,000 0 | 2,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,006 0 | * | pass | |
| 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 0 | * | pass | |
| -0,4 | -0,400 0 | -0,400 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 2 | * | pass | |
| -0,8 | -0,800 0 | -0,800 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 4 | * | pass | |
| -1 | -1,000 0 | -1,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 5 | * | pass | |
| -1,2 | -1,200 0 | -1,200 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 6 | * | pass | |
| -1,6 | -1,600 0 | -1,600 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 8 | * | pass | |
| -2 | -2,000 0 | -2,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,006 0 | * | pass | |

| Kanal / channel | | 6 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | Bem. note | |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | 0,000 4 | 0,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 0 | * | pass | |
| 0,4 | 0,400 5 | 0,400 1 | 0,000 60 | 0,001 | 0,005 2 | * | pass | |
| 0,8 | 0,800 5 | 0,800 1 | 0,000 60 | 0,001 | 0,005 4 | * | pass | |
| 1 | 1,000 4 | 1,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 5 | * | pass | |
| 1,2 | 1,200 4 | 1,200 0 | 0,000 60 | -0,001 | 0,005 6 | * | pass | |
| 1,6 | 1,600 4 | 1,600 0 | 0,000 60 | -0,001 | 0,005 8 | * | pass | |
| 2 | 2,000 5 | 2,000 1 | 0,000 60 | 0,000 | 0,006 0 | * | pass | |
| 0 | 0,000 4 | 0,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 0 | * | pass | |
| -0,4 | -0,399 6 | -0,400 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 2 | * | pass | |
| -0,8 | -0,799 6 | -0,800 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 4 | * | pass | |
| -1 | -0,999 6 | -1,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 5 | * | pass | |
| -1,2 | -1,199 6 | -1,200 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 6 | * | pass | |
| -1,6 | -1,599 6 | -1,600 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 8 | * | pass | |
| -2 | -1,999 6 | -2,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,006 0 | * | pass | |

| Kanal / channel | | 7 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | Bem. note | |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | 0,000 4 | 0,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 0 | * | pass | |
| 0,4 | 0,400 4 | 0,400 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 2 | * | pass | |
| 0,8 | 0,800 4 | 0,800 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 4 | * | pass | |
| 1 | 1,000 4 | 1,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 5 | * | pass | |
| 1,2 | 1,200 3 | 1,199 9 | 0,000 60 | -0,001 | 0,005 6 | * | pass | |
| 1,6 | 1,600 4 | 1,600 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 8 | * | pass | |
| 2 | 2,000 4 | 2,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,006 0 | * | pass | |
| 0 | 0,000 3 | 0,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 0 | * | pass | |
| -0,4 | -0,399 7 | -0,400 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 2 | * | pass | |
| -0,8 | -0,799 7 | -0,800 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 4 | * | pass | |
| -1 | -0,999 7 | -1,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 5 | * | pass | |
| -1,2 | -1,199 7 | -1,200 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 6 | * | pass | |
| -1,6 | -1,599 7 | -1,600 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 8 | * | pass | |
| -2 | -1,999 7 | -2,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,006 0 | * | pass | |

| Kanal / channel | | 8 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | Bem. note | |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | 0,000 6 | 0,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 0 | * | pass | |
| 0,4 | 0,400 6 | 0,400 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 2 | * | pass | |
| 0,8 | 0,800 6 | 0,800 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 4 | * | pass | |
| 1 | 1,000 6 | 1,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 5 | * | pass | |
| 1,2 | 1,200 5 | 1,199 9 | 0,000 60 | -0,001 | 0,005 6 | * | pass | |
| 1,6 | 1,600 5 | 1,599 9 | 0,000 60 | -0,001 | 0,005 8 | * | pass | |
| 2 | 2,000 6 | 2,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,006 0 | * | pass | |
| 0 | 0,000 6 | 0,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 0 | * | pass | |
| -0,4 | -0,399 5 | -0,400 1 | 0,000 60 | -0,001 | 0,005 2 | * | pass | |
| -0,8 | -0,799 5 | -0,800 1 | 0,000 60 | -0,001 | 0,005 4 | * | pass | |
| -1 | -0,999 4 | -1,000 0 | 0,000 60 | 0,000 | 0,005 5 | * | pass | |
| -1,2 | -1,199 4 | -1,200 0 | 0,000 60 | 0,001 | 0,005 6 | * | pass | |
| -1,6 | -1,599 4 | -1,600 0 | 0,000 60 | 0,001 | 0,005 8 | * | pass | |
| -2 | -1,999 5 | -2,000 1 | 0,000 60 | 0,000 | 0,006 0 | * | pass | |

Kalibrierergebnis / calibration result

| | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|---|
| Messbereich <i>measuring range</i> | Sensortyp / -parameter <i>sensor type / parameter</i> | Trägerfreq. <i>carrier freq.</i> | Filter <i>filter</i> | Anz.-Schrittweite <i>indication step width</i> |
| ±100 mV/V | full bridge, bridge excitation voltage 2.5 V | 4,8 kHz sine | 10 Hz Bes. | 0,001 mV/V |

zulässige Lin.abweichung: ±0,02 %
permitted linearity error

Toleranz: ±(0,05 % * value + 0,05 % * range)
tolerance

Kanal / channel

1

| Messwerte y / <i>measured values y</i> | | | | | Spezifikation / <i>specification</i> | | | Bem. <i>note</i> |
|--|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|------|---------------------|
| Sollwert <i>set value</i> | untariert <i>not tared</i> | tariert <i>tared</i> | erw. MU <i>exp. uncert.</i> | lin. Abw. <i>lin. error</i> | Toleranz <i>tolerance</i> | abs. Abweichung <i>abs. deviation</i> | | |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 0,000 | 0,050 | | pass | |
| 20 | 20,007 | 20,007 | 0,015 | 0,008 | 0,060 | | pass | |
| 40 | 40,005 | 40,005 | 0,015 | 0,006 | 0,070 | | pass | |
| 50 | 50,002 | 50,002 | 0,015 | 0,004 | 0,075 | | pass | |
| 60 | 60,001 | 60,001 | 0,015 | 0,003 | 0,080 | | pass | |
| 80 | 79,999 | 79,999 | 0,015 | 0,001 | 0,090 | | pass | |
| 100 | 99,997 | 99,997 | 0,015 | 0,000 | 0,100 | | pass | |
| 0 | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 0,000 | 0,050 | | pass | |
| -20 | -19,999 | -19,999 | 0,015 | 0,001 | 0,060 | | pass | |
| -40 | -39,998 | -39,998 | 0,015 | 0,001 | 0,070 | | pass | |
| -50 | -50,000 | -50,000 | 0,015 | -0,001 | 0,075 | | pass | |
| -60 | -59,999 | -59,999 | 0,015 | 0,000 | 0,080 | | pass | |
| -80 | -79,998 | -79,998 | 0,015 | 0,000 | 0,090 | | pass | |
| -100 | -99,998 | -99,998 | 0,015 | 0,000 | 0,100 | | pass | |

Kanal / channel

2

| Messwerte y / <i>measured values y</i> | | | | | Spezifikation / <i>specification</i> | | | Bem. <i>note</i> |
|--|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|------|---------------------|
| Sollwert <i>set value</i> | untariert <i>not tared</i> | tariert <i>tared</i> | erw. MU <i>exp. uncert.</i> | lin. Abw. <i>lin. error</i> | Toleranz <i>tolerance</i> | abs. Abweichung <i>abs. deviation</i> | | |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | 0,001 | 0,000 | 0,011 | 0,000 | 0,050 | | pass | |
| 20 | 20,007 | 20,006 | 0,015 | 0,007 | 0,060 | | pass | |
| 40 | 40,004 | 40,003 | 0,015 | 0,005 | 0,070 | | pass | |
| 50 | 50,001 | 50,000 | 0,015 | 0,003 | 0,075 | | pass | |
| 60 | 60,000 | 59,999 | 0,015 | 0,002 | 0,080 | | pass | |
| 80 | 79,998 | 79,997 | 0,015 | 0,001 | 0,090 | | pass | |
| 100 | 99,996 | 99,995 | 0,015 | 0,000 | 0,100 | | pass | |
| 0 | 0,001 | 0,000 | 0,011 | 0,000 | 0,050 | | pass | |
| -20 | -19,998 | -19,999 | 0,015 | 0,000 | 0,060 | | pass | |
| -40 | -39,998 | -39,999 | 0,015 | 0,000 | 0,070 | | pass | |
| -50 | -49,998 | -49,999 | 0,015 | 0,000 | 0,075 | | pass | |
| -60 | -59,998 | -59,999 | 0,015 | -0,001 | 0,080 | | pass | |
| -80 | -79,996 | -79,997 | 0,015 | 0,001 | 0,090 | | pass | |
| -100 | -99,996 | -99,997 | 0,015 | 0,000 | 0,100 | | pass | |

| Kanal / channel | | 3 | | Messwerte y / measured values y | | Spezifikation / specification | | Bem. note |
|--------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|--|-----------|
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 0,000 | 0,050 | | | pass |
| 20 | 20,007 | 20,007 | 0,015 | 0,008 | 0,060 | | | pass |
| 40 | 40,006 | 40,006 | 0,015 | 0,008 | 0,070 | | | pass |
| 50 | 50,002 | 50,002 | 0,015 | 0,004 | 0,075 | | | pass |
| 60 | 60,000 | 60,000 | 0,015 | 0,002 | 0,080 | | | pass |
| 80 | 79,998 | 79,998 | 0,015 | 0,001 | 0,090 | | | pass |
| 100 | 99,996 | 99,996 | 0,015 | 0,000 | 0,100 | | | pass |
| 0 | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 0,000 | 0,050 | | | pass |
| -20 | -19,999 | -19,999 | 0,015 | 0,000 | 0,060 | | | pass |
| -40 | -39,998 | -39,998 | 0,015 | 0,001 | 0,070 | | | pass |
| -50 | -49,999 | -49,999 | 0,015 | -0,001 | 0,075 | | | pass |
| -60 | -59,999 | -59,999 | 0,015 | -0,001 | 0,080 | | | pass |
| -80 | -79,997 | -79,997 | 0,015 | 0,001 | 0,090 | | | pass |
| -100 | -99,997 | -99,997 | 0,015 | 0,000 | 0,100 | | | pass |

| Kanal / channel | | 4 | | Messwerte y / measured values y | | Spezifikation / specification | | Bem. note |
|--------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|--|-----------|
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | 0,001 | 0,000 | 0,011 | 0,000 | 0,050 | | | pass |
| 20 | 20,007 | 20,006 | 0,015 | 0,007 | 0,060 | | | pass |
| 40 | 40,005 | 40,004 | 0,015 | 0,006 | 0,070 | | | pass |
| 50 | 50,001 | 50,000 | 0,015 | 0,003 | 0,075 | | | pass |
| 60 | 60,000 | 59,999 | 0,015 | 0,002 | 0,080 | | | pass |
| 80 | 79,998 | 79,997 | 0,015 | 0,001 | 0,090 | | | pass |
| 100 | 99,996 | 99,995 | 0,015 | 0,000 | 0,100 | | | pass |
| 0 | 0,001 | 0,000 | 0,011 | 0,000 | 0,050 | | | pass |
| -20 | -19,998 | -19,999 | 0,015 | 0,000 | 0,060 | | | pass |
| -40 | -39,998 | -39,999 | 0,015 | 0,000 | 0,070 | | | pass |
| -50 | -49,999 | -50,000 | 0,015 | -0,001 | 0,075 | | | pass |
| -60 | -59,998 | -59,999 | 0,015 | -0,001 | 0,080 | | | pass |
| -80 | -79,996 | -79,997 | 0,015 | 0,001 | 0,090 | | | pass |
| -100 | -99,996 | -99,997 | 0,015 | 0,000 | 0,100 | | | pass |

| Kanal / channel | | 5 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | Bem. note |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 0,000 | 0,050 | -----* | | pass |
| 20 | 20,005 | 20,005 | 0,015 | 0,007 | 0,060 | -----* | | pass |
| 40 | 40,002 | 40,002 | 0,015 | 0,006 | 0,070 | -----* | | pass |
| 50 | 49,998 | 49,998 | 0,015 | 0,003 | 0,075 | -----* | | pass |
| 60 | 59,996 | 59,996 | 0,015 | 0,002 | 0,080 | -----* | | pass |
| 80 | 79,993 | 79,993 | 0,015 | 0,001 | 0,090 | -----* | | pass |
| 100 | 99,990 | 99,990 | 0,015 | 0,000 | 0,100 | -----* | | pass |
| 0 | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 0,000 | 0,050 | -----* | | pass |
| -20 | -19,998 | -19,998 | 0,015 | 0,000 | 0,060 | -----* | | pass |
| -40 | -39,996 | -39,996 | 0,015 | 0,000 | 0,070 | -----* | | pass |
| -50 | -49,996 | -49,996 | 0,015 | -0,001 | 0,075 | -----* | | pass |
| -60 | -59,995 | -59,995 | 0,015 | 0,000 | 0,080 | -----* | | pass |
| -80 | -79,992 | -79,992 | 0,015 | 0,001 | 0,090 | -----* | | pass |
| -100 | -99,991 | -99,991 | 0,015 | 0,000 | 0,100 | -----* | | pass |

| Kanal / channel | | 6 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | Bem. note |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 0,000 | 0,050 | -----* | | pass |
| 20 | 20,006 | 20,006 | 0,015 | 0,008 | 0,060 | -----* | | pass |
| 40 | 40,003 | 40,003 | 0,015 | 0,007 | 0,070 | -----* | | pass |
| 50 | 49,999 | 49,999 | 0,015 | 0,004 | 0,075 | -----* | | pass |
| 60 | 59,997 | 59,997 | 0,015 | 0,002 | 0,080 | -----* | | pass |
| 80 | 79,994 | 79,994 | 0,015 | 0,001 | 0,090 | -----* | | pass |
| 100 | 99,991 | 99,991 | 0,015 | 0,000 | 0,100 | -----* | | pass |
| 0 | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 0,000 | 0,050 | -----* | | pass |
| -20 | -19,997 | -19,997 | 0,015 | 0,001 | 0,060 | -----* | | pass |
| -40 | -39,996 | -39,996 | 0,015 | 0,001 | 0,070 | -----* | | pass |
| -50 | -49,997 | -49,997 | 0,015 | -0,001 | 0,075 | -----* | | pass |
| -60 | -59,996 | -59,996 | 0,015 | -0,001 | 0,080 | -----* | | pass |
| -80 | -79,993 | -79,993 | 0,015 | 0,001 | 0,090 | -----* | | pass |
| -100 | -99,992 | -99,992 | 0,015 | 0,000 | 0,100 | -----* | | pass |

| Kanal / channel | | 7 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | Bem. note |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 0,000 | 0,050 | -----* | | pass |
| 20 | 20,006 | 20,006 | 0,015 | 0,008 | 0,060 | -----* | | pass |
| 40 | 40,003 | 40,003 | 0,015 | 0,007 | 0,070 | -----* | | pass |
| 50 | 49,999 | 49,999 | 0,015 | 0,004 | 0,075 | -----* | | pass |
| 60 | 59,997 | 59,997 | 0,015 | 0,002 | 0,080 | -----* | | pass |
| 80 | 79,994 | 79,994 | 0,015 | 0,001 | 0,090 | -----* | | pass |
| 100 | 99,991 | 99,991 | 0,015 | 0,000 | 0,100 | -----* | | pass |
| 0 | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 0,000 | 0,050 | -----* | | pass |
| -20 | -19,998 | -19,998 | 0,015 | 0,000 | 0,060 | -----* | | pass |
| -40 | -39,996 | -39,996 | 0,015 | 0,001 | 0,070 | -----* | | pass |
| -50 | -49,997 | -49,997 | 0,015 | -0,001 | 0,075 | -----* | | pass |
| -60 | -59,996 | -59,996 | 0,015 | -0,001 | 0,080 | -----* | | pass |
| -80 | -79,993 | -79,993 | 0,015 | 0,001 | 0,090 | -----* | | pass |
| -100 | -99,992 | -99,992 | 0,015 | 0,000 | 0,100 | -----* | | pass |

| Kanal / channel | | 8 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | Bem. note |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | 0,001 | 0,000 | 0,011 | 0,000 | 0,050 | -----* | | pass |
| 20 | 20,006 | 20,005 | 0,015 | 0,007 | 0,060 | -----* | | pass |
| 40 | 40,004 | 40,003 | 0,015 | 0,007 | 0,070 | -----* | | pass |
| 50 | 49,999 | 49,998 | 0,015 | 0,003 | 0,075 | -----* | | pass |
| 60 | 59,997 | 59,996 | 0,015 | 0,002 | 0,080 | -----* | | pass |
| 80 | 79,995 | 79,994 | 0,015 | 0,002 | 0,090 | -----* | | pass |
| 100 | 99,991 | 99,990 | 0,015 | 0,000 | 0,100 | -----* | | pass |
| 0 | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 0,000 | 0,050 | -----* | | pass |
| -20 | -19,997 | -19,997 | 0,015 | 0,001 | 0,060 | -----* | | pass |
| -40 | -39,996 | -39,996 | 0,015 | 0,000 | 0,070 | -----* | | pass |
| -50 | -49,996 | -49,996 | 0,015 | -0,001 | 0,075 | -----* | | pass |
| -60 | -59,996 | -59,996 | 0,015 | -0,001 | 0,080 | -----* | | pass |
| -80 | -79,993 | -79,993 | 0,015 | 0,000 | 0,090 | -----* | | pass |
| -100 | -99,991 | -99,991 | 0,015 | 0,000 | 0,100 | -----* | | pass |

Kalibrierergebnis / calibration result

| | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|---|
| Messbereich <i>measuring range</i> | Sensortyp / -parameter <i>sensor type / parameter</i> | Trägerfreq. <i>carrier freq.</i> | Filter <i>filter</i> | Anz.-Schrittweite <i>indication step width</i> |
| ±300 mV/V | full bridge, bridge excitation voltage 1 V | 4,8 kHz sine | 10 Hz Bes. | 0,01 mV/V |

zulässige Lin.abweichung: ±0,02 % Toleranz: ±(0,05 % * value + 0,05 % * range)
permitted linearity error *tolerance*

Kanal / channel

1

| Messwerte y / <i>measured values y</i> | | | | | Spezifikation / <i>specification</i> | | | Bem. <i>note</i> |
|--|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|------|---------------------|
| Sollwert <i>set value</i> | untariert <i>not tared</i> | tariert <i>tared</i> | erw. MU <i>exp. uncert.</i> | lin. Abw. <i>lin. error</i> | Toleranz <i>tolerance</i> | abs. Abweichung <i>abs. deviation</i> | | |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,016 | 0,000 | 0,15 | * | pass | |
| 20 | 20,01 | 20,01 | 0,016 | 0,003 | 0,16 | * | pass | |
| 40 | 40,01 | 40,01 | 0,016 | 0,003 | 0,17 | * | pass | |
| 50 | 50,01 | 50,01 | 0,016 | 0,003 | 0,17 | * | pass | |
| 60 | 60,01 | 60,01 | 0,016 | 0,003 | 0,18 | * | pass | |
| 80 | 80,01 | 80,01 | 0,016 | 0,003 | 0,19 | * | pass | |
| 100 | 100,00 | 100,00 | 0,016 | 0,000 | 0,20 | * | pass | |
| 0 | -0,01 | 0,00 | 0,016 | 0,000 | 0,15 | * | pass | |
| -20 | -20,00 | -19,99 | 0,016 | 0,003 | 0,16 | * | pass | |
| -40 | -40,00 | -39,99 | 0,016 | 0,002 | 0,17 | * | pass | |
| -50 | -50,00 | -49,99 | 0,016 | 0,002 | 0,17 | * | pass | |
| -60 | -60,00 | -59,99 | 0,016 | 0,001 | 0,18 | * | pass | |
| -80 | -80,00 | -79,99 | 0,016 | 0,001 | 0,19 | * | pass | |
| -100 | -100,00 | -99,99 | 0,016 | 0,000 | 0,20 | * | pass | |

Kanal / channel

2

| Messwerte y / <i>measured values y</i> | | | | | Spezifikation / <i>specification</i> | | | Bem. <i>note</i> |
|--|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|------|---------------------|
| Sollwert <i>set value</i> | untariert <i>not tared</i> | tariert <i>tared</i> | erw. MU <i>exp. uncert.</i> | lin. Abw. <i>lin. error</i> | Toleranz <i>tolerance</i> | abs. Abweichung <i>abs. deviation</i> | | |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,016 | 0,000 | 0,15 | * | pass | |
| 20 | 20,01 | 20,01 | 0,016 | 0,003 | 0,16 | * | pass | |
| 40 | 40,01 | 40,01 | 0,016 | 0,003 | 0,17 | * | pass | |
| 50 | 50,01 | 50,01 | 0,016 | 0,003 | 0,17 | * | pass | |
| 60 | 60,01 | 60,01 | 0,016 | 0,003 | 0,18 | * | pass | |
| 80 | 80,01 | 80,01 | 0,016 | 0,003 | 0,19 | * | pass | |
| 100 | 100,00 | 100,00 | 0,016 | 0,000 | 0,20 | * | pass | |
| 0 | -0,01 | 0,00 | 0,016 | 0,000 | 0,15 | * | pass | |
| -20 | -20,00 | -19,99 | 0,016 | 0,003 | 0,16 | * | pass | |
| -40 | -40,00 | -39,99 | 0,016 | 0,002 | 0,17 | * | pass | |
| -50 | -50,00 | -49,99 | 0,016 | 0,002 | 0,17 | * | pass | |
| -60 | -60,00 | -59,99 | 0,016 | 0,001 | 0,18 | * | pass | |
| -80 | -80,00 | -79,99 | 0,016 | 0,001 | 0,19 | * | pass | |
| -100 | -100,00 | -99,99 | 0,016 | 0,000 | 0,20 | * | pass | |

| Kanal / channel | | 3 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | Bem. note | |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,016 | 0,000 | 0,15 | * | pass | |
| 20 | 20,01 | 20,01 | 0,016 | 0,003 | 0,16 | * | pass | |
| 40 | 40,01 | 40,01 | 0,016 | 0,003 | 0,17 | * | pass | |
| 50 | 50,01 | 50,01 | 0,016 | 0,003 | 0,17 | * | pass | |
| 60 | 60,01 | 60,01 | 0,016 | 0,003 | 0,18 | * | pass | |
| 80 | 80,01 | 80,01 | 0,016 | 0,003 | 0,19 | * | pass | |
| 100 | 100,00 | 100,00 | 0,016 | 0,000 | 0,20 | * | pass | |
| 0 | -0,01 | 0,00 | 0,016 | 0,000 | 0,15 | * | pass | |
| -20 | -20,00 | -19,99 | 0,016 | 0,003 | 0,16 | * | pass | |
| -40 | -40,00 | -39,99 | 0,016 | 0,002 | 0,17 | * | pass | |
| -50 | -50,00 | -49,99 | 0,016 | 0,002 | 0,17 | * | pass | |
| -60 | -60,00 | -59,99 | 0,016 | 0,001 | 0,18 | * | pass | |
| -80 | -80,00 | -79,99 | 0,016 | 0,001 | 0,19 | * | pass | |
| -100 | -100,00 | -99,99 | 0,016 | 0,000 | 0,20 | * | pass | |

| Kanal / channel | | 4 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | Bem. note | |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,016 | 0,000 | 0,15 | * | pass | |
| 20 | 20,01 | 20,01 | 0,016 | 0,003 | 0,16 | * | pass | |
| 40 | 40,01 | 40,01 | 0,016 | 0,003 | 0,17 | * | pass | |
| 50 | 50,01 | 50,01 | 0,016 | 0,003 | 0,17 | * | pass | |
| 60 | 60,01 | 60,01 | 0,016 | 0,003 | 0,18 | * | pass | |
| 80 | 80,01 | 80,01 | 0,016 | 0,003 | 0,19 | * | pass | |
| 100 | 100,00 | 100,00 | 0,016 | 0,000 | 0,20 | * | pass | |
| 0 | -0,01 | 0,00 | 0,016 | 0,000 | 0,15 | * | pass | |
| -20 | -20,00 | -19,99 | 0,016 | 0,003 | 0,16 | * | pass | |
| -40 | -40,00 | -39,99 | 0,016 | 0,002 | 0,17 | * | pass | |
| -50 | -50,00 | -49,99 | 0,016 | 0,002 | 0,17 | * | pass | |
| -60 | -60,00 | -59,99 | 0,016 | 0,001 | 0,18 | * | pass | |
| -80 | -80,00 | -79,99 | 0,016 | 0,001 | 0,19 | * | pass | |
| -100 | -100,00 | -99,99 | 0,016 | 0,000 | 0,20 | * | pass | |

| Kanal / channel | | 5 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | Bem. note | |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,016 | 0,000 | 0,15 | * | pass | |
| 20 | 20,01 | 20,01 | 0,016 | 0,003 | 0,16 | * | pass | |
| 40 | 40,01 | 40,01 | 0,016 | 0,003 | 0,17 | * | pass | |
| 50 | 50,00 | 50,00 | 0,016 | 0,000 | 0,17 | * | pass | |
| 60 | 60,00 | 60,00 | 0,016 | 0,000 | 0,18 | * | pass | |
| 80 | 80,00 | 80,00 | 0,016 | 0,000 | 0,19 | * | pass | |
| 100 | 100,00 | 100,00 | 0,016 | 0,000 | 0,20 | * | pass | |
| 0 | -0,01 | 0,00 | 0,016 | 0,000 | 0,15 | * | pass | |
| -20 | -20,00 | -19,99 | 0,016 | 0,002 | 0,16 | * | pass | |
| -40 | -40,00 | -39,99 | 0,016 | 0,001 | 0,17 | * | pass | |
| -50 | -50,00 | -49,99 | 0,016 | 0,000 | 0,17 | * | pass | |
| -60 | -60,00 | -59,99 | 0,016 | -0,001 | 0,18 | * | pass | |
| -80 | -79,99 | -79,98 | 0,016 | 0,001 | 0,19 | * | pass | |
| -100 | -99,99 | -99,98 | 0,016 | 0,000 | 0,20 | * | pass | |

| Kanal / channel | | 6 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | Bem. note | |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,016 | 0,000 | 0,15 | * | pass | |
| 20 | 20,01 | 20,01 | 0,016 | 0,003 | 0,16 | * | pass | |
| 40 | 40,01 | 40,01 | 0,016 | 0,003 | 0,17 | * | pass | |
| 50 | 50,00 | 50,00 | 0,016 | 0,000 | 0,17 | * | pass | |
| 60 | 60,00 | 60,00 | 0,016 | 0,000 | 0,18 | * | pass | |
| 80 | 80,00 | 80,00 | 0,016 | 0,000 | 0,19 | * | pass | |
| 100 | 100,00 | 100,00 | 0,016 | 0,000 | 0,20 | * | pass | |
| 0 | -0,01 | 0,00 | 0,016 | 0,000 | 0,15 | * | pass | |
| -20 | -20,00 | -19,99 | 0,016 | 0,002 | 0,16 | * | pass | |
| -40 | -40,00 | -39,99 | 0,016 | 0,001 | 0,17 | * | pass | |
| -50 | -50,00 | -49,99 | 0,016 | 0,000 | 0,17 | * | pass | |
| -60 | -60,00 | -59,99 | 0,016 | -0,001 | 0,18 | * | pass | |
| -80 | -79,99 | -79,98 | 0,016 | 0,001 | 0,19 | * | pass | |
| -100 | -99,99 | -99,98 | 0,016 | 0,000 | 0,20 | * | pass | |

| Kanal / channel | | 7 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | Bem. note | |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,016 | 0,000 | 0,15 | * | pass | |
| 20 | 20,01 | 20,01 | 0,016 | 0,003 | 0,16 | * | pass | |
| 40 | 40,01 | 40,01 | 0,016 | 0,003 | 0,17 | * | pass | |
| 50 | 50,00 | 50,00 | 0,016 | 0,000 | 0,17 | * | pass | |
| 60 | 60,00 | 60,00 | 0,016 | 0,000 | 0,18 | * | pass | |
| 80 | 80,00 | 80,00 | 0,016 | 0,000 | 0,19 | * | pass | |
| 100 | 100,00 | 100,00 | 0,016 | 0,000 | 0,20 | * | pass | |
| 0 | -0,01 | 0,00 | 0,016 | 0,000 | 0,15 | * | pass | |
| -20 | -20,00 | -19,99 | 0,016 | 0,002 | 0,16 | * | pass | |
| -40 | -40,00 | -39,99 | 0,016 | 0,001 | 0,17 | * | pass | |
| -50 | -50,00 | -49,99 | 0,016 | 0,000 | 0,17 | * | pass | |
| -60 | -60,00 | -59,99 | 0,016 | -0,001 | 0,18 | * | pass | |
| -80 | -79,99 | -79,98 | 0,016 | 0,001 | 0,19 | * | pass | |
| -100 | -99,99 | -99,98 | 0,016 | 0,000 | 0,20 | * | pass | |

| Kanal / channel | | 8 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | Bem. note | |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,016 | 0,000 | 0,15 | * | pass | |
| 20 | 20,01 | 20,01 | 0,016 | 0,003 | 0,16 | * | pass | |
| 40 | 40,01 | 40,01 | 0,016 | 0,003 | 0,17 | * | pass | |
| 50 | 50,00 | 50,00 | 0,016 | 0,000 | 0,17 | * | pass | |
| 60 | 60,00 | 60,00 | 0,016 | 0,000 | 0,18 | * | pass | |
| 80 | 80,00 | 80,00 | 0,016 | 0,000 | 0,19 | * | pass | |
| 100 | 100,00 | 100,00 | 0,016 | 0,000 | 0,20 | * | pass | |
| 0 | -0,01 | 0,00 | 0,016 | 0,000 | 0,15 | * | pass | |
| -20 | -20,00 | -19,99 | 0,016 | 0,002 | 0,16 | * | pass | |
| -40 | -40,00 | -39,99 | 0,016 | 0,001 | 0,17 | * | pass | |
| -50 | -50,00 | -49,99 | 0,016 | 0,000 | 0,17 | * | pass | |
| -60 | -59,99 | -59,98 | 0,016 | 0,003 | 0,18 | * | pass | |
| -80 | -79,99 | -79,98 | 0,016 | 0,001 | 0,19 | * | pass | |
| -100 | -99,99 | -99,98 | 0,016 | 0,000 | 0,20 | * | pass | |

Kalibrierergebnis / calibration result

| | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|---|
| Messbereich <i>measuring range</i> | Sensortyp / -parameter <i>sensor type / parameter</i> | Trägerfreq. <i>carrier freq.</i> | Filter <i>filter</i> | Anz.-Schrittweite <i>indication step width</i> |
| ±1 000 mV/V | full bridge, bridge excitation voltage 1 V | 4,8 kHz sine | 10 Hz Bes. | 0,01 mV/V |

zulässige Lin.abweichung: ±0,02 %
permitted linearity error

Toleranz: ±(0,1 % * value + 0,1 % * range)
tolerance

Kanal / channel

1

| Messwerte y / <i>measured values y</i> | | | | | Spezifikation / <i>specification</i> | | | Bem. <i>note</i> |
|--|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|------|---------------------|
| Sollwert <i>set value</i> | untariert <i>not tared</i> | tariert <i>tared</i> | erw. MU <i>exp. uncert.</i> | lin. Abw. <i>lin. error</i> | Toleranz <i>tolerance</i> | abs. Abweichung <i>abs. deviation</i> | | |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,052 | 0,000 | 1,00 | * | pass | |
| 200 | 199,97 | 199,97 | 0,12 | -0,001 | 1,20 | * | pass | |
| 400 | 399,95 | 399,95 | 0,12 | -0,001 | 1,40 | * | pass | |
| 500 | 499,94 | 499,94 | 0,12 | -0,001 | 1,50 | * | pass | |
| 600 | 599,93 | 599,93 | 0,12 | -0,001 | 1,60 | * | pass | |
| 800 | 799,91 | 799,91 | 0,12 | -0,001 | 1,80 | * | pass | |
| 1 000 | 999,90 | 999,90 | 0,12 | 0,000 | 2,00 | * | pass | |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,052 | 0,000 | 1,00 | * | pass | |
| -200 | -199,97 | -199,97 | 0,12 | 0,002 | 1,20 | * | pass | |
| -400 | -399,97 | -399,97 | 0,12 | 0,000 | 1,40 | * | pass | |
| -500 | -499,96 | -499,96 | 0,12 | 0,001 | 1,50 | * | pass | |
| -600 | -599,93 | -599,93 | 0,12 | 0,003 | 1,60 | * | pass | |
| -800 | -799,93 | -799,93 | 0,12 | 0,001 | 1,80 | * | pass | |
| -1 000 | -999,93 | -999,93 | 0,12 | 0,000 | 2,00 | * | pass | |

Kanal / channel

2

| Messwerte y / <i>measured values y</i> | | | | | Spezifikation / <i>specification</i> | | | Bem. <i>note</i> |
|--|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|------|---------------------|
| Sollwert <i>set value</i> | untariert <i>not tared</i> | tariert <i>tared</i> | erw. MU <i>exp. uncert.</i> | lin. Abw. <i>lin. error</i> | Toleranz <i>tolerance</i> | abs. Abweichung <i>abs. deviation</i> | | |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,052 | 0,000 | 1,00 | * | pass | |
| 200 | 199,97 | 199,97 | 0,12 | -0,001 | 1,20 | * | pass | |
| 400 | 399,95 | 399,95 | 0,12 | -0,001 | 1,40 | * | pass | |
| 500 | 499,93 | 499,93 | 0,12 | -0,002 | 1,50 | * | pass | |
| 600 | 599,93 | 599,93 | 0,12 | -0,001 | 1,60 | * | pass | |
| 800 | 799,91 | 799,91 | 0,12 | -0,001 | 1,80 | * | pass | |
| 1 000 | 999,90 | 999,90 | 0,12 | 0,000 | 2,00 | * | pass | |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,052 | 0,000 | 1,00 | * | pass | |
| -200 | -199,97 | -199,97 | 0,12 | 0,001 | 1,20 | * | pass | |
| -400 | -399,96 | -399,96 | 0,12 | 0,001 | 1,40 | * | pass | |
| -500 | -499,95 | -499,95 | 0,12 | 0,001 | 1,50 | * | pass | |
| -600 | -599,93 | -599,93 | 0,12 | 0,002 | 1,60 | * | pass | |
| -800 | -799,91 | -799,91 | 0,12 | 0,003 | 1,80 | * | pass | |
| -1 000 | -999,92 | -999,92 | 0,12 | 0,000 | 2,00 | * | pass | |

| Kanal / channel | | 3 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | Bem. note |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,052 | 0,000 | 1,00 | * | | pass |
| 200 | 199,97 | 199,97 | 0,12 | -0,001 | 1,20 | * | | pass |
| 400 | 399,94 | 399,94 | 0,12 | -0,002 | 1,40 | * | | pass |
| 500 | 499,93 | 499,93 | 0,12 | -0,002 | 1,50 | * | | pass |
| 600 | 599,93 | 599,93 | 0,12 | -0,001 | 1,60 | * | | pass |
| 800 | 799,91 | 799,91 | 0,12 | -0,001 | 1,80 | * | | pass |
| 1 000 | 999,90 | 999,90 | 0,12 | 0,000 | 2,00 | * | | pass |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,052 | 0,000 | 1,00 | * | | pass |
| -200 | -199,97 | -199,97 | 0,12 | 0,002 | 1,20 | * | | pass |
| -400 | -399,96 | -399,96 | 0,12 | 0,001 | 1,40 | * | | pass |
| -500 | -499,95 | -499,95 | 0,12 | 0,002 | 1,50 | * | | pass |
| -600 | -599,93 | -599,93 | 0,12 | 0,003 | 1,60 | * | | pass |
| -800 | -799,92 | -799,92 | 0,12 | 0,002 | 1,80 | * | | pass |
| -1 000 | -999,93 | -999,93 | 0,12 | 0,000 | 2,00 | * | | pass |

| Kanal / channel | | 4 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | Bem. note |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,052 | 0,000 | 1,00 | * | | pass |
| 200 | 199,97 | 199,97 | 0,12 | -0,001 | 1,20 | * | | pass |
| 400 | 399,94 | 399,94 | 0,12 | -0,002 | 1,40 | * | | pass |
| 500 | 499,93 | 499,93 | 0,12 | -0,001 | 1,50 | * | | pass |
| 600 | 599,93 | 599,93 | 0,12 | 0,000 | 1,60 | * | | pass |
| 800 | 799,90 | 799,90 | 0,12 | -0,001 | 1,80 | * | | pass |
| 1 000 | 999,89 | 999,89 | 0,12 | 0,000 | 2,00 | * | | pass |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,052 | 0,000 | 1,00 | * | | pass |
| -200 | -199,97 | -199,97 | 0,12 | 0,001 | 1,20 | * | | pass |
| -400 | -399,96 | -399,96 | 0,12 | 0,000 | 1,40 | * | | pass |
| -500 | -499,95 | -499,95 | 0,12 | 0,000 | 1,50 | * | | pass |
| -600 | -599,92 | -599,92 | 0,12 | 0,003 | 1,60 | * | | pass |
| -800 | -799,91 | -799,91 | 0,12 | 0,002 | 1,80 | * | | pass |
| -1 000 | -999,91 | -999,91 | 0,12 | 0,000 | 2,00 | * | | pass |

| Kanal / channel | | 5 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|--------------|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | Bem. note |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,052 | 0,000 | 1,00 | | * | pass |
| 200 | 199,96 | 199,96 | 0,12 | -0,002 | 1,20 | | * | pass |
| 400 | 399,94 | 399,94 | 0,12 | -0,001 | 1,40 | | * | pass |
| 500 | 499,92 | 499,92 | 0,12 | -0,002 | 1,50 | | * | pass |
| 600 | 599,92 | 599,92 | 0,12 | -0,001 | 1,60 | | * | pass |
| 800 | 799,89 | 799,89 | 0,12 | -0,001 | 1,80 | | * | pass |
| 1 000 | 999,88 | 999,88 | 0,12 | 0,000 | 2,00 | | * | pass |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,052 | 0,000 | 1,00 | | * | pass |
| -200 | -199,97 | -199,97 | 0,12 | 0,001 | 1,20 | | * | pass |
| -400 | -399,95 | -399,95 | 0,12 | 0,001 | 1,40 | | * | pass |
| -500 | -499,94 | -499,94 | 0,12 | 0,001 | 1,50 | | * | pass |
| -600 | -599,92 | -599,92 | 0,12 | 0,002 | 1,60 | | * | pass |
| -800 | -799,90 | -799,90 | 0,12 | 0,002 | 1,80 | | * | pass |
| -1 000 | -999,90 | -999,90 | 0,12 | 0,000 | 2,00 | | * | pass |

| Kanal / channel | | 6 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|--------------|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | Bem. note |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,052 | 0,000 | 1,00 | | * | pass |
| 200 | 199,96 | 199,96 | 0,12 | -0,002 | 1,20 | | * | pass |
| 400 | 399,94 | 399,94 | 0,12 | -0,001 | 1,40 | | * | pass |
| 500 | 499,93 | 499,93 | 0,12 | -0,001 | 1,50 | | * | pass |
| 600 | 599,92 | 599,92 | 0,12 | -0,001 | 1,60 | | * | pass |
| 800 | 799,90 | 799,90 | 0,12 | 0,000 | 1,80 | | * | pass |
| 1 000 | 999,88 | 999,88 | 0,12 | 0,000 | 2,00 | | * | pass |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,052 | 0,000 | 1,00 | | * | pass |
| -200 | -199,97 | -199,97 | 0,12 | 0,001 | 1,20 | | * | pass |
| -400 | -399,96 | -399,96 | 0,12 | 0,000 | 1,40 | | * | pass |
| -500 | -499,94 | -499,94 | 0,12 | 0,001 | 1,50 | | * | pass |
| -600 | -599,92 | -599,92 | 0,12 | 0,003 | 1,60 | | * | pass |
| -800 | -799,91 | -799,91 | 0,12 | 0,002 | 1,80 | | * | pass |
| -1 000 | -999,91 | -999,91 | 0,12 | 0,000 | 2,00 | | * | pass |

| Kanal / channel | | 7 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|--------------|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | Bem. note |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,052 | 0,000 | 1,00 | | * | pass |
| 200 | 199,96 | 199,96 | 0,12 | -0,002 | 1,20 | | * | pass |
| 400 | 399,94 | 399,94 | 0,12 | -0,001 | 1,40 | | * | pass |
| 500 | 499,92 | 499,92 | 0,12 | -0,002 | 1,50 | | * | pass |
| 600 | 599,92 | 599,92 | 0,12 | -0,001 | 1,60 | | * | pass |
| 800 | 799,89 | 799,89 | 0,12 | -0,001 | 1,80 | | * | pass |
| 1 000 | 999,88 | 999,88 | 0,12 | 0,000 | 2,00 | | * | pass |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,052 | 0,000 | 1,00 | | * | pass |
| -200 | -199,97 | -199,97 | 0,12 | 0,001 | 1,20 | | * | pass |
| -400 | -399,96 | -399,96 | 0,12 | 0,000 | 1,40 | | * | pass |
| -500 | -499,94 | -499,94 | 0,12 | 0,001 | 1,50 | | * | pass |
| -600 | -599,92 | -599,92 | 0,12 | 0,003 | 1,60 | | * | pass |
| -800 | -799,91 | -799,91 | 0,12 | 0,002 | 1,80 | | * | pass |
| -1 000 | -999,91 | -999,91 | 0,12 | 0,000 | 2,00 | | * | pass |

| Kanal / channel | | 8 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|--------------|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | Bem. note |
| mV/V | mV/V | mV/V | mV/V | % | mV/V | mV/V | | |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,052 | 0,000 | 1,00 | | * | pass |
| 200 | 199,97 | 199,97 | 0,12 | -0,001 | 1,20 | | * | pass |
| 400 | 399,94 | 399,94 | 0,12 | -0,002 | 1,40 | | * | pass |
| 500 | 499,93 | 499,93 | 0,12 | -0,001 | 1,50 | | * | pass |
| 600 | 599,93 | 599,93 | 0,12 | 0,000 | 1,60 | | * | pass |
| 800 | 799,90 | 799,90 | 0,12 | -0,001 | 1,80 | | * | pass |
| 1 000 | 999,89 | 999,89 | 0,12 | 0,000 | 2,00 | | * | pass |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,052 | 0,000 | 1,00 | | * | pass |
| -200 | -199,97 | -199,97 | 0,12 | 0,001 | 1,20 | | * | pass |
| -400 | -399,96 | -399,96 | 0,12 | 0,000 | 1,40 | | * | pass |
| -500 | -499,95 | -499,95 | 0,12 | 0,000 | 1,50 | | * | pass |
| -600 | -599,92 | -599,92 | 0,12 | 0,003 | 1,60 | | * | pass |
| -800 | -799,91 | -799,91 | 0,12 | 0,002 | 1,80 | | * | pass |
| -1 000 | -999,91 | -999,91 | 0,12 | 0,000 | 2,00 | | * | pass |

Kalibrierergebnis / calibration result

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|---|
| Messbereich <i>measuring range</i> | Sensortyp / -parameter <i>sensor type / parameter</i> | Trägerfreq. Filter <i>carrier freq. filter</i> | Anz.-Schrittweite <i>indication step width</i> |
| ±10 V | DC voltage sensor | 10 Hz Bes. | 0,000 1 V |

zulässige Lin.abweichung: ±0,02 % Toleranz: ±(0,05 % * value + 0,05 % * range)
permitted linearity error *tolerance*

Kanal / channel

1

| Messwerte y / <i>measured values y</i> | | | | | Spezifikation / <i>specification</i> | | | Bem. <i>note</i> |
|--|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Sollwert <i>set value</i> | untariert <i>not tared</i> | tariert <i>tared</i> | erw. MU <i>exp. uncert.</i> | lin. Abw. <i>lin. error</i> | Toleranz <i>tolerance</i> | abs. Abweichung <i>abs. deviation</i> | | |
| V | V | V | V | % | V | V | | |
| 0 | 0,000 1 | 0,000 0 | 0,000 12 | 0,000 | 0,005 0 | * | | pass |
| 2 | 2,000 0 | 1,999 9 | 0,000 24 | -0,001 | 0,006 0 | * | | pass |
| 4 | 3,999 9 | 3,999 8 | 0,000 39 | -0,002 | 0,007 0 | * | | pass |
| 5 | 5,000 0 | 4,999 9 | 0,001 6 | 0,000 | 0,007 5 | * | | pass |
| 6 | 6,000 0 | 5,999 9 | 0,001 6 | 0,000 | 0,008 0 | * | | pass |
| 8 | 8,000 1 | 8,000 0 | 0,001 7 | 0,001 | 0,009 0 | * | | pass |
| 10 | 10,000 0 | 9,999 9 | 0,001 7 | 0,000 | 0,010 0 | * | | pass |
| 0 | 0,000 1 | 0,000 0 | 0,000 12 | 0,000 | 0,005 0 | * | | pass |
| -2 | -1,999 9 | -2,000 0 | 0,000 24 | 0,000 | 0,006 0 | * | | pass |
| -4 | -3,999 9 | -4,000 0 | 0,000 39 | 0,000 | 0,007 0 | * | | pass |
| -5 | -5,000 0 | -5,000 1 | 0,001 6 | -0,002 | 0,007 5 | * | | pass |
| -6 | -6,000 0 | -6,000 1 | 0,001 6 | -0,002 | 0,008 0 | * | | pass |
| -8 | -7,999 9 | -8,000 0 | 0,001 7 | -0,001 | 0,009 0 | * | | pass |
| -10 | -9,999 8 | -9,999 9 | 0,001 7 | 0,000 | 0,010 0 | * | | pass |

Kanal / channel

2

| Messwerte y / <i>measured values y</i> | | | | | Spezifikation / <i>specification</i> | | | Bem. <i>note</i> |
|--|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Sollwert <i>set value</i> | untariert <i>not tared</i> | tariert <i>tared</i> | erw. MU <i>exp. uncert.</i> | lin. Abw. <i>lin. error</i> | Toleranz <i>tolerance</i> | abs. Abweichung <i>abs. deviation</i> | | |
| V | V | V | V | % | V | V | | |
| 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 12 | 0,000 | 0,005 0 | * | | pass |
| 2 | 2,000 0 | 2,000 0 | 0,000 24 | 0,000 | 0,006 0 | * | | pass |
| 4 | 3,999 9 | 3,999 9 | 0,000 39 | -0,001 | 0,007 0 | * | | pass |
| 5 | 4,999 9 | 4,999 9 | 0,001 6 | 0,000 | 0,007 5 | * | | pass |
| 6 | 6,000 0 | 6,000 0 | 0,001 6 | 0,001 | 0,008 0 | * | | pass |
| 8 | 8,000 1 | 8,000 1 | 0,001 7 | 0,002 | 0,009 0 | * | | pass |
| 10 | 9,999 9 | 9,999 9 | 0,001 7 | 0,000 | 0,010 0 | * | | pass |
| 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 12 | 0,000 | 0,005 0 | * | | pass |
| -2 | -2,000 0 | -2,000 0 | 0,000 24 | 0,000 | 0,006 0 | * | | pass |
| -4 | -3,999 9 | -3,999 9 | 0,000 39 | 0,001 | 0,007 0 | * | | pass |
| -5 | -5,000 0 | -5,000 0 | 0,001 6 | 0,000 | 0,007 5 | * | | pass |
| -6 | -6,000 0 | -6,000 0 | 0,001 6 | -0,001 | 0,008 0 | * | | pass |
| -8 | -7,999 9 | -7,999 9 | 0,001 7 | 0,000 | 0,009 0 | * | | pass |
| -10 | -9,999 9 | -9,999 9 | 0,001 7 | 0,000 | 0,010 0 | * | | pass |

| Kanal / channel | | 3 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | Bem. note |
| V | V | V | V | % | V | V | | |
| 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 12 | 0,000 | 0,005 0 | | | pass |
| 2 | 2,000 0 | 2,000 0 | 0,000 24 | 0,000 | 0,006 0 | | | pass |
| 4 | 3,999 9 | 3,999 9 | 0,000 39 | -0,001 | 0,007 0 | | | pass |
| 5 | 4,999 9 | 4,999 9 | 0,001 6 | -0,001 | 0,007 5 | | | pass |
| 6 | 6,000 0 | 6,000 0 | 0,001 6 | 0,000 | 0,008 0 | | | pass |
| 8 | 8,000 1 | 8,000 1 | 0,001 7 | 0,001 | 0,009 0 | | | pass |
| 10 | 10,000 0 | 10,000 0 | 0,001 7 | 0,000 | 0,010 0 | | | pass |
| 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 12 | 0,000 | 0,005 0 | | | pass |
| -2 | -2,000 0 | -2,000 0 | 0,000 24 | 0,000 | 0,006 0 | | | pass |
| -4 | -3,999 9 | -3,999 9 | 0,000 39 | 0,001 | 0,007 0 | | | pass |
| -5 | -5,000 0 | -5,000 0 | 0,001 6 | 0,000 | 0,007 5 | | | pass |
| -6 | -6,000 1 | -6,000 1 | 0,001 6 | -0,002 | 0,008 0 | | | pass |
| -8 | -8,000 0 | -8,000 0 | 0,001 7 | -0,001 | 0,009 0 | | | pass |
| -10 | -9,999 9 | -9,999 9 | 0,001 7 | 0,000 | 0,010 0 | | | pass |

| Kanal / channel | | 4 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | Bem. note |
| V | V | V | V | % | V | V | | |
| 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 12 | 0,000 | 0,005 0 | | | pass |
| 2 | 2,000 0 | 2,000 0 | 0,000 24 | 0,000 | 0,006 0 | | | pass |
| 4 | 4,000 0 | 4,000 0 | 0,000 39 | 0,000 | 0,007 0 | | | pass |
| 5 | 5,000 0 | 5,000 0 | 0,001 6 | 0,000 | 0,007 5 | | | pass |
| 6 | 6,000 0 | 6,000 0 | 0,001 6 | -0,001 | 0,008 0 | | | pass |
| 8 | 8,000 2 | 8,000 2 | 0,001 7 | 0,001 | 0,009 0 | | | pass |
| 10 | 10,000 1 | 10,000 1 | 0,001 7 | 0,000 | 0,010 0 | | | pass |
| 0 | -0,000 1 | 0,000 0 | 0,000 12 | 0,000 | 0,005 0 | | | pass |
| -2 | -2,000 1 | -2,000 0 | 0,000 24 | 0,000 | 0,006 0 | | | pass |
| -4 | -4,000 1 | -4,000 0 | 0,000 39 | 0,000 | 0,007 0 | | | pass |
| -5 | -5,000 2 | -5,000 1 | 0,001 6 | 0,000 | 0,007 5 | | | pass |
| -6 | -6,000 3 | -6,000 2 | 0,001 6 | -0,001 | 0,008 0 | | | pass |
| -8 | -8,000 2 | -8,000 1 | 0,001 7 | 0,000 | 0,009 0 | | | pass |
| -10 | -10,000 2 | -10,000 1 | 0,001 7 | 0,000 | 0,010 0 | | | pass |

| Kanal / channel | | 5 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | Bem. note |
| V | V | V | V | % | V | V | | |
| 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 12 | 0,000 | 0,005 0 | * | | pass |
| 2 | 1,999 9 | 1,999 9 | 0,000 24 | -0,001 | 0,006 0 | * | | pass |
| 4 | 3,999 9 | 3,999 9 | 0,000 39 | 0,000 | 0,007 0 | * | | pass |
| 5 | 4,999 9 | 4,999 9 | 0,001 6 | 0,000 | 0,007 5 | * | | pass |
| 6 | 5,999 9 | 5,999 9 | 0,001 6 | 0,000 | 0,008 0 | * | | pass |
| 8 | 7,999 9 | 7,999 9 | 0,001 7 | 0,001 | 0,009 0 | * | | pass |
| 10 | 9,999 8 | 9,999 8 | 0,001 7 | 0,000 | 0,010 0 | * | | pass |
| 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 12 | 0,000 | 0,005 0 | * | | pass |
| -2 | -2,000 0 | -2,000 0 | 0,000 24 | 0,000 | 0,006 0 | * | | pass |
| -4 | -3,999 9 | -3,999 9 | 0,000 39 | 0,000 | 0,007 0 | * | | pass |
| -5 | -5,000 0 | -5,000 0 | 0,001 6 | -0,001 | 0,007 5 | * | | pass |
| -6 | -6,000 1 | -6,000 1 | 0,001 6 | -0,002 | 0,008 0 | * | | pass |
| -8 | -7,999 9 | -7,999 9 | 0,001 7 | -0,001 | 0,009 0 | * | | pass |
| -10 | -9,999 8 | -9,999 8 | 0,001 7 | 0,000 | 0,010 0 | * | | pass |

| Kanal / channel | | 6 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | Bem. note |
| V | V | V | V | % | V | V | | |
| 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 12 | 0,000 | 0,005 0 | * | | pass |
| 2 | 1,999 9 | 1,999 9 | 0,000 24 | -0,001 | 0,006 0 | * | | pass |
| 4 | 3,999 9 | 3,999 9 | 0,000 39 | 0,000 | 0,007 0 | * | | pass |
| 5 | 4,999 9 | 4,999 9 | 0,001 6 | 0,000 | 0,007 5 | * | | pass |
| 6 | 5,999 9 | 5,999 9 | 0,001 6 | 0,000 | 0,008 0 | * | | pass |
| 8 | 7,999 9 | 7,999 9 | 0,001 7 | 0,001 | 0,009 0 | * | | pass |
| 10 | 9,999 8 | 9,999 8 | 0,001 7 | 0,000 | 0,010 0 | * | | pass |
| 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 12 | 0,000 | 0,005 0 | * | | pass |
| -2 | -1,999 9 | -1,999 9 | 0,000 24 | 0,000 | 0,006 0 | * | | pass |
| -4 | -3,999 9 | -3,999 9 | 0,000 39 | 0,000 | 0,007 0 | * | | pass |
| -5 | -4,999 9 | -4,999 9 | 0,001 6 | 0,000 | 0,007 5 | * | | pass |
| -6 | -6,000 0 | -6,000 0 | 0,001 6 | -0,002 | 0,008 0 | * | | pass |
| -8 | -7,999 9 | -7,999 9 | 0,001 7 | -0,001 | 0,009 0 | * | | pass |
| -10 | -9,999 7 | -9,999 7 | 0,001 7 | 0,000 | 0,010 0 | * | | pass |

| Kanal / channel | | 7 | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|--------------|--|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | Bem. note | |
| V | V | V | V | % | V | V | | | |
| 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 12 | 0,000 | 0,005 0 | | * | pass | |
| 2 | 1,999 9 | 1,999 9 | 0,000 24 | -0,001 | 0,006 0 | | * | pass | |
| 4 | 3,999 9 | 3,999 9 | 0,000 39 | 0,000 | 0,007 0 | | * | pass | |
| 5 | 4,999 9 | 4,999 9 | 0,001 6 | 0,000 | 0,007 5 | | * | pass | |
| 6 | 5,999 9 | 5,999 9 | 0,001 6 | 0,000 | 0,008 0 | | * | pass | |
| 8 | 8,000 0 | 8,000 0 | 0,001 7 | 0,002 | 0,009 0 | | * | pass | |
| 10 | 9,999 8 | 9,999 8 | 0,001 7 | 0,000 | 0,010 0 | | * | pass | |
| 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 12 | 0,000 | 0,005 0 | | * | pass | |
| -2 | -2,000 0 | -2,000 0 | 0,000 24 | 0,000 | 0,006 0 | | * | pass | |
| -4 | -3,999 9 | -3,999 9 | 0,000 39 | 0,000 | 0,007 0 | | * | pass | |
| -5 | -5,000 0 | -5,000 0 | 0,001 6 | -0,001 | 0,007 5 | | * | pass | |
| -6 | -6,000 0 | -6,000 0 | 0,001 6 | -0,001 | 0,008 0 | | * | pass | |
| -8 | -7,999 9 | -7,999 9 | 0,001 7 | -0,001 | 0,009 0 | | * | pass | |
| -10 | -9,999 8 | -9,999 8 | 0,001 7 | 0,000 | 0,010 0 | | * | pass | |

| Kanal / channel | | 8 | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|--------------|--|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | Bem. note | |
| V | V | V | V | % | V | V | | | |
| 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 12 | 0,000 | 0,005 0 | | * | pass | |
| 2 | 1,999 9 | 1,999 9 | 0,000 24 | -0,001 | 0,006 0 | | * | pass | |
| 4 | 3,999 8 | 3,999 8 | 0,000 39 | -0,001 | 0,007 0 | | * | pass | |
| 5 | 4,999 9 | 4,999 9 | 0,001 6 | 0,000 | 0,007 5 | | * | pass | |
| 6 | 5,999 9 | 5,999 9 | 0,001 6 | 0,000 | 0,008 0 | | * | pass | |
| 8 | 7,999 9 | 7,999 9 | 0,001 7 | 0,001 | 0,009 0 | | * | pass | |
| 10 | 9,999 8 | 9,999 8 | 0,001 7 | 0,000 | 0,010 0 | | * | pass | |
| 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 12 | 0,000 | 0,005 0 | | * | pass | |
| -2 | -2,000 0 | -2,000 0 | 0,000 24 | 0,000 | 0,006 0 | | * | pass | |
| -4 | -3,999 9 | -3,999 9 | 0,000 39 | 0,000 | 0,007 0 | | * | pass | |
| -5 | -5,000 0 | -5,000 0 | 0,001 6 | -0,001 | 0,007 5 | | * | pass | |
| -6 | -6,000 0 | -6,000 0 | 0,001 6 | -0,001 | 0,008 0 | | * | pass | |
| -8 | -7,999 9 | -7,999 9 | 0,001 7 | -0,001 | 0,009 0 | | * | pass | |
| -10 | -9,999 8 | -9,999 8 | 0,001 7 | 0,000 | 0,010 0 | | * | pass | |

Kalibrierergebnis / calibration result

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|---|
| Messbereich <i>measuring range</i> | Sensortyp / -parameter <i>sensor type / parameter</i> | Trägerfreq. Filter <i>carrier freq. filter</i> | Anz.-Schrittweite <i>indication step width</i> |
| ±60 V | DC voltage sensor | 10 Hz Bes. | 0,001 V |

zulässige Lin.abweichung: ±0,02 % Toleranz: ±(0,05 % * value + 0,05 % * range)
permitted linearity error *tolerance*

Kanal / channel

1

| Messwerte y / <i>measured values y</i> | | | | | Spezifikation / <i>specification</i> | | | Bem. <i>note</i> |
|--|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|------|---------------------|
| Sollwert <i>set value</i> | untariert <i>not tared</i> | tariert <i>tared</i> | erw. MU <i>exp. uncert.</i> | lin. Abw. <i>lin. error</i> | Toleranz <i>tolerance</i> | abs. Abweichung <i>abs. deviation</i> | | |
| V | V | V | V | % | V | V | | |
| 0 | 0,000 | 0,000 | 0,001 2 | 0,000 | 0,030 | * | pass | |
| 6 | 6,000 | 6,000 | 0,002 0 | 0,000 | 0,033 | * | pass | |
| 12 | 12,000 | 12,000 | 0,002 1 | 0,000 | 0,036 | * | pass | |
| 15 | 15,000 | 15,000 | 0,002 2 | 0,000 | 0,037 | * | pass | |
| 18 | 18,000 | 18,000 | 0,002 3 | 0,000 | 0,039 | * | pass | |
| 24 | 24,000 | 24,000 | 0,002 5 | 0,000 | 0,042 | * | pass | |
| 30 | 30,000 | 30,000 | 0,002 7 | 0,000 | 0,045 | * | pass | |
| 0 | 0,000 | 0,000 | 0,001 2 | 0,000 | 0,030 | * | pass | |
| -6 | -6,001 | -6,001 | 0,002 0 | 0,000 | 0,033 | * | pass | |
| -12 | -12,001 | -12,001 | 0,002 1 | 0,001 | 0,036 | * | pass | |
| -15 | -15,002 | -15,002 | 0,002 2 | 0,000 | 0,037 | * | pass | |
| -18 | -18,002 | -18,002 | 0,002 3 | 0,001 | 0,039 | * | pass | |
| -24 | -24,003 | -24,003 | 0,002 5 | 0,000 | 0,042 | * | pass | |
| -30 | -30,004 | -30,004 | 0,002 7 | 0,000 | 0,045 | * | pass | |

Kanal / channel

2

| Messwerte y / <i>measured values y</i> | | | | | Spezifikation / <i>specification</i> | | | Bem. <i>note</i> |
|--|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|------|---------------------|
| Sollwert <i>set value</i> | untariert <i>not tared</i> | tariert <i>tared</i> | erw. MU <i>exp. uncert.</i> | lin. Abw. <i>lin. error</i> | Toleranz <i>tolerance</i> | abs. Abweichung <i>abs. deviation</i> | | |
| V | V | V | V | % | V | V | | |
| 0 | 0,000 | 0,000 | 0,001 2 | 0,000 | 0,030 | * | pass | |
| 6 | 6,000 | 6,000 | 0,002 0 | 0,000 | 0,033 | * | pass | |
| 12 | 12,000 | 12,000 | 0,002 1 | 0,000 | 0,036 | * | pass | |
| 15 | 15,000 | 15,000 | 0,002 2 | 0,000 | 0,037 | * | pass | |
| 18 | 18,000 | 18,000 | 0,002 3 | 0,000 | 0,039 | * | pass | |
| 24 | 24,000 | 24,000 | 0,002 5 | 0,000 | 0,042 | * | pass | |
| 30 | 30,000 | 30,000 | 0,002 7 | 0,000 | 0,045 | * | pass | |
| 0 | 0,000 | 0,000 | 0,001 2 | 0,000 | 0,030 | * | pass | |
| -6 | -6,001 | -6,001 | 0,002 0 | 0,000 | 0,033 | * | pass | |
| -12 | -12,001 | -12,001 | 0,002 1 | 0,001 | 0,036 | * | pass | |
| -15 | -15,001 | -15,001 | 0,002 2 | 0,002 | 0,037 | * | pass | |
| -18 | -18,002 | -18,002 | 0,002 3 | 0,001 | 0,039 | * | pass | |
| -24 | -24,003 | -24,003 | 0,002 5 | 0,000 | 0,042 | * | pass | |
| -30 | -30,004 | -30,004 | 0,002 7 | 0,000 | 0,045 | * | pass | |

| Kanal / channel | | 3 | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | Bem. note |
| V | V | V | V | % | V | V | |
| 0 | 0,000 | 0,000 | 0,001 2 | 0,000 | 0,030 | * | pass |
| 6 | 6,000 | 6,000 | 0,002 0 | 0,000 | 0,033 | * | pass |
| 12 | 12,000 | 12,000 | 0,002 1 | 0,000 | 0,036 | * | pass |
| 15 | 15,000 | 15,000 | 0,002 2 | 0,000 | 0,037 | * | pass |
| 18 | 18,000 | 18,000 | 0,002 3 | 0,000 | 0,039 | * | pass |
| 24 | 24,000 | 24,000 | 0,002 5 | 0,000 | 0,042 | * | pass |
| 30 | 30,000 | 30,000 | 0,002 7 | 0,000 | 0,045 | * | pass |
| 0 | 0,000 | 0,000 | 0,001 2 | 0,000 | 0,030 | * | pass |
| -6 | -6,001 | -6,001 | 0,002 0 | 0,000 | 0,033 | * | pass |
| -12 | -12,001 | -12,001 | 0,002 1 | 0,001 | 0,036 | * | pass |
| -15 | -15,002 | -15,002 | 0,002 2 | 0,000 | 0,037 | * | pass |
| -18 | -18,002 | -18,002 | 0,002 3 | 0,001 | 0,039 | * | pass |
| -24 | -24,003 | -24,003 | 0,002 5 | 0,000 | 0,042 | * | pass |
| -30 | -30,004 | -30,004 | 0,002 7 | 0,000 | 0,045 | * | pass |

| Kanal / channel | | 4 | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | Bem. note |
| V | V | V | V | % | V | V | |
| 0 | -0,001 | 0,000 | 0,001 2 | 0,000 | 0,030 | * | pass |
| 6 | 6,000 | 6,001 | 0,002 0 | 0,001 | 0,033 | * | pass |
| 12 | 12,000 | 12,001 | 0,002 1 | 0,001 | 0,036 | * | pass |
| 15 | 15,000 | 15,001 | 0,002 2 | 0,001 | 0,037 | * | pass |
| 18 | 18,000 | 18,001 | 0,002 3 | 0,001 | 0,039 | * | pass |
| 24 | 24,001 | 24,002 | 0,002 5 | 0,002 | 0,042 | * | pass |
| 30 | 30,000 | 30,001 | 0,002 7 | 0,000 | 0,045 | * | pass |
| 0 | -0,001 | 0,000 | 0,001 2 | 0,000 | 0,030 | * | pass |
| -6 | -6,001 | -6,000 | 0,002 0 | 0,001 | 0,033 | * | pass |
| -12 | -12,002 | -12,001 | 0,002 1 | 0,001 | 0,036 | * | pass |
| -15 | -15,003 | -15,002 | 0,002 2 | 0,000 | 0,037 | * | pass |
| -18 | -18,003 | -18,002 | 0,002 3 | 0,001 | 0,039 | * | pass |
| -24 | -24,004 | -24,003 | 0,002 5 | 0,000 | 0,042 | * | pass |
| -30 | -30,005 | -30,004 | 0,002 7 | 0,000 | 0,045 | * | pass |

| Kanal / channel | | 5 | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | Bem. note |
| V | V | V | V | % | V | V | |
| 0 | 0,000 | 0,000 | 0,001 2 | 0,000 | 0,030 | * | pass |
| 6 | 6,000 | 6,000 | 0,002 0 | 0,000 | 0,033 | * | pass |
| 12 | 12,000 | 12,000 | 0,002 1 | 0,000 | 0,036 | * | pass |
| 15 | 15,000 | 15,000 | 0,002 2 | 0,000 | 0,037 | * | pass |
| 18 | 18,000 | 18,000 | 0,002 3 | 0,000 | 0,039 | * | pass |
| 24 | 24,000 | 24,000 | 0,002 5 | 0,000 | 0,042 | * | pass |
| 30 | 30,000 | 30,000 | 0,002 7 | 0,000 | 0,045 | * | pass |
| 0 | 0,000 | 0,000 | 0,001 2 | 0,000 | 0,030 | * | pass |
| -6 | -6,000 | -6,000 | 0,002 0 | 0,001 | 0,033 | * | pass |
| -12 | -12,001 | -12,001 | 0,002 1 | 0,000 | 0,036 | * | pass |
| -15 | -15,001 | -15,001 | 0,002 2 | 0,001 | 0,037 | * | pass |
| -18 | -18,001 | -18,001 | 0,002 3 | 0,001 | 0,039 | * | pass |
| -24 | -24,002 | -24,002 | 0,002 5 | 0,001 | 0,042 | * | pass |
| -30 | -30,003 | -30,003 | 0,002 7 | 0,000 | 0,045 | * | pass |

| Kanal / channel | | 6 | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | Bem. note |
| V | V | V | V | % | V | V | |
| 0 | 0,000 | 0,000 | 0,001 2 | 0,000 | 0,030 | * | pass |
| 6 | 6,000 | 6,000 | 0,002 0 | 0,000 | 0,033 | * | pass |
| 12 | 12,000 | 12,000 | 0,002 1 | 0,000 | 0,036 | * | pass |
| 15 | 15,000 | 15,000 | 0,002 2 | 0,000 | 0,037 | * | pass |
| 18 | 18,000 | 18,000 | 0,002 3 | 0,000 | 0,039 | * | pass |
| 24 | 24,000 | 24,000 | 0,002 5 | 0,000 | 0,042 | * | pass |
| 30 | 30,000 | 30,000 | 0,002 7 | 0,000 | 0,045 | * | pass |
| 0 | 0,000 | 0,000 | 0,001 2 | 0,000 | 0,030 | * | pass |
| -6 | -6,000 | -6,000 | 0,002 0 | 0,001 | 0,033 | * | pass |
| -12 | -12,001 | -12,001 | 0,002 1 | 0,000 | 0,036 | * | pass |
| -15 | -15,001 | -15,001 | 0,002 2 | 0,001 | 0,037 | * | pass |
| -18 | -18,001 | -18,001 | 0,002 3 | 0,001 | 0,039 | * | pass |
| -24 | -24,002 | -24,002 | 0,002 5 | 0,001 | 0,042 | * | pass |
| -30 | -30,003 | -30,003 | 0,002 7 | 0,000 | 0,045 | * | pass |

| Kanal / channel | | 7 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | Bem. note | |
| V | V | V | V | % | V | V | | |
| 0 | 0,000 | 0,000 | 0,001 2 | 0,000 | 0,030 | * | pass | |
| 6 | 6,000 | 6,000 | 0,002 0 | 0,000 | 0,033 | * | pass | |
| 12 | 12,000 | 12,000 | 0,002 1 | 0,000 | 0,036 | * | pass | |
| 15 | 15,000 | 15,000 | 0,002 2 | 0,000 | 0,037 | * | pass | |
| 18 | 18,000 | 18,000 | 0,002 3 | 0,000 | 0,039 | * | pass | |
| 24 | 24,000 | 24,000 | 0,002 5 | 0,000 | 0,042 | * | pass | |
| 30 | 30,000 | 30,000 | 0,002 7 | 0,000 | 0,045 | * | pass | |
| 0 | 0,000 | 0,000 | 0,001 2 | 0,000 | 0,030 | * | pass | |
| -6 | -6,000 | -6,000 | 0,002 0 | 0,001 | 0,033 | * | pass | |
| -12 | -12,001 | -12,001 | 0,002 1 | 0,000 | 0,036 | * | pass | |
| -15 | -15,001 | -15,001 | 0,002 2 | 0,001 | 0,037 | * | pass | |
| -18 | -18,001 | -18,001 | 0,002 3 | 0,001 | 0,039 | * | pass | |
| -24 | -24,002 | -24,002 | 0,002 5 | 0,001 | 0,042 | * | pass | |
| -30 | -30,003 | -30,003 | 0,002 7 | 0,000 | 0,045 | * | pass | |

| Kanal / channel | | 8 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | Bem. note | |
| V | V | V | V | % | V | V | | |
| 0 | 0,001 | 0,000 | 0,001 2 | 0,000 | 0,030 | * | pass | |
| 6 | 6,000 | 5,999 | 0,002 0 | -0,001 | 0,033 | * | pass | |
| 12 | 12,000 | 11,999 | 0,002 1 | -0,001 | 0,036 | * | pass | |
| 15 | 15,000 | 14,999 | 0,002 2 | -0,001 | 0,037 | * | pass | |
| 18 | 18,000 | 17,999 | 0,002 3 | -0,001 | 0,039 | * | pass | |
| 24 | 24,000 | 23,999 | 0,002 5 | 0,000 | 0,042 | * | pass | |
| 30 | 30,000 | 29,999 | 0,002 7 | 0,000 | 0,045 | * | pass | |
| 0 | 0,001 | 0,000 | 0,001 2 | 0,000 | 0,030 | * | pass | |
| -6 | -6,001 | -6,002 | 0,002 0 | -0,002 | 0,033 | * | pass | |
| -12 | -12,001 | -12,002 | 0,002 1 | 0,000 | 0,036 | * | pass | |
| -15 | -15,002 | -15,003 | 0,002 2 | -0,001 | 0,037 | * | pass | |
| -18 | -18,002 | -18,003 | 0,002 3 | 0,000 | 0,039 | * | pass | |
| -24 | -24,003 | -24,004 | 0,002 5 | 0,000 | 0,042 | * | pass | |
| -30 | -30,004 | -30,005 | 0,002 7 | 0,000 | 0,045 | * | pass | |

Kalibrierergebnis / calibration result

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|---|
| Messbereich <i>measuring range</i> | Sensortyp / -parameter <i>sensor type / parameter</i> | Trägerfreq. Filter <i>carrier freq. filter</i> | Anz.-Schrittweite <i>indication step width</i> |
| ±30 mA | DC current sensor | 10 Hz Bes. | 0,001 mA |

zulässige Lin.abweichung: ±0,02 % *permitted linearity error* Toleranz: ±(0,05 % * value + 0,05 % * range) *tolerance*

Kanal / channel

1

| Messwerte y / <i>measured values y</i> | | | | Spezifikation / <i>specification</i> | | | | Bem. <i>note</i> |
|--|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|------|---------------------|
| Sollwert <i>set value</i> | untariert <i>not tared</i> | tariert <i>tared</i> | erw. MU <i>exp. uncert.</i> | lin. Abw. <i>lin. error</i> | Toleranz <i>tolerance</i> | abs. Abweichung <i>abs. deviation</i> | | |
| mA | mA | mA | mA | % | mA | mA | | |
| 0 | 0,000 | 0,000 | 0,001 5 | 0,000 | 0,015 | * | pass | |
| 4 | 4,000 | 4,000 | 0,001 7 | 0,000 | 0,017 | * | pass | |
| 8 | 8,000 | 8,000 | 0,004 8 | 0,000 | 0,019 | * | pass | |
| 10 | 10,000 | 10,000 | 0,004 9 | 0,000 | 0,020 | * | pass | |
| 12 | 12,000 | 12,000 | 0,005 1 | 0,000 | 0,021 | * | pass | |
| 16 | 16,000 | 16,000 | 0,005 5 | 0,000 | 0,023 | * | pass | |
| 20 | 20,000 | 20,000 | 0,005 8 | 0,000 | 0,025 | * | pass | |
| 0 | 0,000 | 0,000 | 0,001 5 | 0,000 | 0,015 | * | pass | |
| -4 | -4,000 | -4,000 | 0,001 7 | 0,001 | 0,017 | * | pass | |
| -8 | -8,000 | -8,000 | 0,004 8 | 0,001 | 0,019 | * | pass | |
| -10 | -10,000 | -10,000 | 0,004 9 | 0,002 | 0,020 | * | pass | |
| -12 | -12,000 | -12,000 | 0,005 1 | 0,002 | 0,021 | * | pass | |
| -16 | -16,001 | -16,001 | 0,005 5 | -0,001 | 0,023 | * | pass | |
| -20 | -20,001 | -20,001 | 0,005 8 | 0,000 | 0,025 | * | pass | |

Kanal / channel

2

| Messwerte y / <i>measured values y</i> | | | | Spezifikation / <i>specification</i> | | | | Bem. <i>note</i> |
|--|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|------|---------------------|
| Sollwert <i>set value</i> | untariert <i>not tared</i> | tariert <i>tared</i> | erw. MU <i>exp. uncert.</i> | lin. Abw. <i>lin. error</i> | Toleranz <i>tolerance</i> | abs. Abweichung <i>abs. deviation</i> | | |
| mA | mA | mA | mA | % | mA | mA | | |
| 0 | 0,000 | 0,000 | 0,001 5 | 0,000 | 0,015 | * | pass | |
| 4 | 4,000 | 4,000 | 0,001 7 | -0,001 | 0,017 | * | pass | |
| 8 | 8,001 | 8,001 | 0,004 8 | 0,002 | 0,019 | * | pass | |
| 10 | 10,001 | 10,001 | 0,004 9 | 0,002 | 0,020 | * | pass | |
| 12 | 12,001 | 12,001 | 0,005 1 | 0,001 | 0,021 | * | pass | |
| 16 | 16,001 | 16,001 | 0,005 5 | 0,001 | 0,023 | * | pass | |
| 20 | 20,001 | 20,001 | 0,005 8 | 0,000 | 0,025 | * | pass | |
| 0 | 0,000 | 0,000 | 0,001 5 | 0,000 | 0,015 | * | pass | |
| -4 | -4,000 | -4,000 | 0,001 7 | 0,000 | 0,017 | * | pass | |
| -8 | -8,000 | -8,000 | 0,004 8 | 0,000 | 0,019 | * | pass | |
| -10 | -10,000 | -10,000 | 0,004 9 | 0,000 | 0,020 | * | pass | |
| -12 | -12,000 | -12,000 | 0,005 1 | 0,000 | 0,021 | * | pass | |
| -16 | -16,000 | -16,000 | 0,005 5 | 0,000 | 0,023 | * | pass | |
| -20 | -20,000 | -20,000 | 0,005 8 | 0,000 | 0,025 | * | pass | |

| Kanal / channel | | 3 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|--------------|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | Bem. note |
| mA | mA | mA | mA | % | mA | mA | | |
| 0 | 0,001 | 0,000 | 0,001 5 | 0,000 | 0,015 | | * | pass |
| 4 | 4,001 | 4,000 | 0,001 7 | 0,000 | 0,017 | | * | pass |
| 8 | 8,001 | 8,000 | 0,004 8 | 0,000 | 0,019 | | * | pass |
| 10 | 10,001 | 10,000 | 0,004 9 | 0,000 | 0,020 | | * | pass |
| 12 | 12,001 | 12,000 | 0,005 1 | 0,000 | 0,021 | | * | pass |
| 16 | 16,001 | 16,000 | 0,005 5 | 0,000 | 0,023 | | * | pass |
| 20 | 20,001 | 20,000 | 0,005 8 | 0,000 | 0,025 | | * | pass |
| 0 | 0,001 | 0,000 | 0,001 5 | 0,000 | 0,015 | | * | pass |
| -4 | -3,999 | -4,000 | 0,001 7 | 0,001 | 0,017 | | * | pass |
| -8 | -8,000 | -8,001 | 0,004 8 | -0,002 | 0,019 | | * | pass |
| -10 | -10,000 | -10,001 | 0,004 9 | -0,002 | 0,020 | | * | pass |
| -12 | -12,000 | -12,001 | 0,005 1 | -0,001 | 0,021 | | * | pass |
| -16 | -16,000 | -16,001 | 0,005 5 | -0,001 | 0,023 | | * | pass |
| -20 | -20,000 | -20,001 | 0,005 8 | 0,000 | 0,025 | | * | pass |

| Kanal / channel | | 4 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|--------------|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | Bem. note |
| mA | mA | mA | mA | % | mA | mA | | |
| 0 | 0,000 | 0,000 | 0,001 5 | 0,000 | 0,015 | | * | pass |
| 4 | 4,000 | 4,000 | 0,001 7 | -0,001 | 0,017 | | * | pass |
| 8 | 8,001 | 8,001 | 0,004 8 | 0,002 | 0,019 | | * | pass |
| 10 | 10,001 | 10,001 | 0,004 9 | 0,002 | 0,020 | | * | pass |
| 12 | 12,001 | 12,001 | 0,005 1 | 0,001 | 0,021 | | * | pass |
| 16 | 16,001 | 16,001 | 0,005 5 | 0,001 | 0,023 | | * | pass |
| 20 | 20,001 | 20,001 | 0,005 8 | 0,000 | 0,025 | | * | pass |
| 0 | 0,000 | 0,000 | 0,001 5 | 0,000 | 0,015 | | * | pass |
| -4 | -4,000 | -4,000 | 0,001 7 | 0,001 | 0,017 | | * | pass |
| -8 | -8,000 | -8,000 | 0,004 8 | 0,001 | 0,019 | | * | pass |
| -10 | -10,000 | -10,000 | 0,004 9 | 0,002 | 0,020 | | * | pass |
| -12 | -12,001 | -12,001 | 0,005 1 | -0,001 | 0,021 | | * | pass |
| -16 | -16,001 | -16,001 | 0,005 5 | -0,001 | 0,023 | | * | pass |
| -20 | -20,001 | -20,001 | 0,005 8 | 0,000 | 0,025 | | * | pass |

| Kanal / channel | | 5 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|--------------|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | Bem. note |
| mA | mA | mA | mA | % | mA | mA | | |
| 0 | 0,000 | 0,000 | 0,001 5 | 0,000 | 0,015 | | * | pass |
| 4 | 4,001 | 4,001 | 0,001 7 | 0,003 | 0,017 | | * | pass |
| 8 | 8,001 | 8,001 | 0,004 8 | 0,002 | 0,019 | | * | pass |
| 10 | 10,001 | 10,001 | 0,004 9 | 0,002 | 0,020 | | * | pass |
| 12 | 12,001 | 12,001 | 0,005 1 | 0,001 | 0,021 | | * | pass |
| 16 | 16,001 | 16,001 | 0,005 5 | 0,001 | 0,023 | | * | pass |
| 20 | 20,001 | 20,001 | 0,005 8 | 0,000 | 0,025 | | * | pass |
| 0 | 0,001 | 0,000 | 0,001 5 | 0,000 | 0,015 | | * | pass |
| -4 | -3,999 | -4,000 | 0,001 7 | 0,001 | 0,017 | | * | pass |
| -8 | -8,000 | -8,001 | 0,004 8 | -0,002 | 0,019 | | * | pass |
| -10 | -10,000 | -10,001 | 0,004 9 | -0,002 | 0,020 | | * | pass |
| -12 | -12,000 | -12,001 | 0,005 1 | -0,001 | 0,021 | | * | pass |
| -16 | -16,000 | -16,001 | 0,005 5 | -0,001 | 0,023 | | * | pass |
| -20 | -20,000 | -20,001 | 0,005 8 | 0,000 | 0,025 | | * | pass |

| Kanal / channel | | 6 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|--------------|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | Bem. note |
| mA | mA | mA | mA | % | mA | mA | | |
| 0 | 0,000 | 0,000 | 0,001 5 | 0,000 | 0,015 | | * | pass |
| 4 | 4,000 | 4,000 | 0,001 7 | 0,000 | 0,017 | | * | pass |
| 8 | 8,000 | 8,000 | 0,004 8 | 0,000 | 0,019 | | * | pass |
| 10 | 10,000 | 10,000 | 0,004 9 | 0,000 | 0,020 | | * | pass |
| 12 | 12,000 | 12,000 | 0,005 1 | 0,000 | 0,021 | | * | pass |
| 16 | 16,000 | 16,000 | 0,005 5 | 0,000 | 0,023 | | * | pass |
| 20 | 20,000 | 20,000 | 0,005 8 | 0,000 | 0,025 | | * | pass |
| 0 | 0,000 | 0,000 | 0,001 5 | 0,000 | 0,015 | | * | pass |
| -4 | -4,000 | -4,000 | 0,001 7 | 0,000 | 0,017 | | * | pass |
| -8 | -8,000 | -8,000 | 0,004 8 | 0,000 | 0,019 | | * | pass |
| -10 | -10,000 | -10,000 | 0,004 9 | 0,000 | 0,020 | | * | pass |
| -12 | -12,000 | -12,000 | 0,005 1 | 0,000 | 0,021 | | * | pass |
| -16 | -16,000 | -16,000 | 0,005 5 | 0,000 | 0,023 | | * | pass |
| -20 | -20,000 | -20,000 | 0,005 8 | 0,000 | 0,025 | | * | pass |

Kanal / channel

7

| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | Bem. note |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------|--------------|
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | |
| mA | mA | mA | mA | % | mA | mA | | |
| 0 | 0,000 | 0,000 | 0,001 5 | 0,000 | 0,015 | * | pass | |
| 4 | 4,000 | 4,000 | 0,001 7 | -0,001 | 0,017 | * | pass | |
| 8 | 8,001 | 8,001 | 0,004 8 | 0,002 | 0,019 | * | pass | |
| 10 | 10,001 | 10,001 | 0,004 9 | 0,002 | 0,020 | * | pass | |
| 12 | 12,000 | 12,000 | 0,005 1 | -0,002 | 0,021 | * | pass | |
| 16 | 16,001 | 16,001 | 0,005 5 | 0,001 | 0,023 | * | pass | |
| 20 | 20,001 | 20,001 | 0,005 8 | 0,000 | 0,025 | * | pass | |
| 0 | 0,000 | 0,000 | 0,001 5 | 0,000 | 0,015 | * | pass | |
| -4 | -4,000 | -4,000 | 0,001 7 | 0,000 | 0,017 | * | pass | |
| -8 | -8,000 | -8,000 | 0,004 8 | 0,000 | 0,019 | * | pass | |
| -10 | -10,000 | -10,000 | 0,004 9 | 0,000 | 0,020 | * | pass | |
| -12 | -12,000 | -12,000 | 0,005 1 | 0,000 | 0,021 | * | pass | |
| -16 | -16,000 | -16,000 | 0,005 5 | 0,000 | 0,023 | * | pass | |
| -20 | -20,000 | -20,000 | 0,005 8 | 0,000 | 0,025 | * | pass | |

Kanal / channel

8

| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | | Bem. note |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------|--------------|
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | | |
| mA | mA | mA | mA | % | mA | mA | | |
| 0 | 0,000 | 0,000 | 0,001 5 | 0,000 | 0,015 | * | pass | |
| 4 | 4,001 | 4,001 | 0,001 7 | 0,003 | 0,017 | * | pass | |
| 8 | 8,001 | 8,001 | 0,004 8 | 0,002 | 0,019 | * | pass | |
| 10 | 10,001 | 10,001 | 0,004 9 | 0,002 | 0,020 | * | pass | |
| 12 | 12,001 | 12,001 | 0,005 1 | 0,001 | 0,021 | * | pass | |
| 16 | 16,001 | 16,001 | 0,005 5 | 0,001 | 0,023 | * | pass | |
| 20 | 20,001 | 20,001 | 0,005 8 | 0,000 | 0,025 | * | pass | |
| 0 | 0,000 | 0,000 | 0,001 5 | 0,000 | 0,015 | * | pass | |
| -4 | -4,000 | -4,000 | 0,001 7 | 0,000 | 0,017 | * | pass | |
| -8 | -8,000 | -8,000 | 0,004 8 | 0,000 | 0,019 | * | pass | |
| -10 | -10,000 | -10,000 | 0,004 9 | 0,000 | 0,020 | * | pass | |
| -12 | -12,000 | -12,000 | 0,005 1 | 0,000 | 0,021 | * | pass | |
| -16 | -16,000 | -16,000 | 0,005 5 | 0,000 | 0,023 | * | pass | |
| -20 | -20,000 | -20,000 | 0,005 8 | 0,000 | 0,025 | * | pass | |

Kalibrierergebnis / calibration result

| | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|---|
| Messbereich <i>measuring range</i> | Sensortyp / -parameter <i>sensor type / parameter</i> | Trägerfreq. <i>carrier freq.</i> | Filter <i>filter</i> | Anz.-Schrittweite <i>indication step width</i> |
| ±0,3 V | DC voltage sensor | 5 Hz Bes. | | 0,000 01 V |

zulässige Lin.abweichung: ±0,02 % Toleranz: ±(0,05 % * value + 0,05 % * range)
permitted linearity error *tolerance*

Kanal / channel 1

| Messwerte y / <i>measured values y</i> | | | | Spezifikation / <i>specification</i> | | | | Bem. <i>note</i> |
|--|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|------|---------------------|
| Sollwert <i>set value</i> | untariert <i>not tared</i> | tariert <i>tared</i> | erw. MU <i>exp. uncert.</i> | lin. Abw. <i>lin. error</i> | Toleranz <i>tolerance</i> | abs. Abweichung <i>abs. deviation</i> | | |
| V | V | V | V | % | V | V | | |
| 0 | -0,000 01 | 0,000 00 | 0,000 013 | 0,000 | 0,000 15 | * | pass | |
| 0,02 | 0,019 99 | 0,020 00 | 0,000 013 | -0,001 | 0,000 16 | * | pass | |
| 0,04 | 0,040 00 | 0,040 01 | 0,000 013 | 0,002 | 0,000 17 | * | pass | |
| 0,05 | 0,049 99 | 0,050 00 | 0,000 019 | -0,002 | 0,000 17 | * | pass | |
| 0,06 | 0,060 00 | 0,060 01 | 0,000 020 | 0,001 | 0,000 18 | * | pass | |
| 0,08 | 0,080 00 | 0,080 01 | 0,000 020 | 0,001 | 0,000 19 | * | pass | |
| 0,1 | 0,100 00 | 0,100 01 | 0,000 021 | 0,000 | 0,000 20 | * | pass | |
| 0 | -0,000 01 | 0,000 00 | 0,000 013 | 0,000 | 0,000 15 | * | pass | |
| -0,02 | -0,020 01 | -0,020 00 | 0,000 013 | 0,000 | 0,000 16 | * | pass | |
| -0,04 | -0,040 01 | -0,040 00 | 0,000 013 | 0,000 | 0,000 17 | * | pass | |
| -0,05 | -0,050 01 | -0,050 00 | 0,000 019 | 0,000 | 0,000 17 | * | pass | |
| -0,06 | -0,060 01 | -0,060 00 | 0,000 020 | 0,000 | 0,000 18 | * | pass | |
| -0,08 | -0,080 01 | -0,080 00 | 0,000 020 | 0,000 | 0,000 19 | * | pass | |
| -0,1 | -0,100 01 | -0,100 00 | 0,000 021 | 0,000 | 0,000 20 | * | pass | |

Kanal / channel 2

| Messwerte y / <i>measured values y</i> | | | | Spezifikation / <i>specification</i> | | | | Bem. <i>note</i> |
|--|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|------|---------------------|
| Sollwert <i>set value</i> | untariert <i>not tared</i> | tariert <i>tared</i> | erw. MU <i>exp. uncert.</i> | lin. Abw. <i>lin. error</i> | Toleranz <i>tolerance</i> | abs. Abweichung <i>abs. deviation</i> | | |
| V | V | V | V | % | V | V | | |
| 0 | -0,000 01 | 0,000 00 | 0,000 013 | 0,000 | 0,000 15 | * | pass | |
| 0,02 | 0,019 99 | 0,020 00 | 0,000 013 | 0,000 | 0,000 16 | * | pass | |
| 0,04 | 0,039 99 | 0,040 00 | 0,000 013 | 0,000 | 0,000 17 | * | pass | |
| 0,05 | 0,049 99 | 0,050 00 | 0,000 019 | 0,000 | 0,000 17 | * | pass | |
| 0,06 | 0,059 99 | 0,060 00 | 0,000 020 | 0,000 | 0,000 18 | * | pass | |
| 0,08 | 0,079 99 | 0,080 00 | 0,000 020 | 0,000 | 0,000 19 | * | pass | |
| 0,1 | 0,099 99 | 0,100 00 | 0,000 021 | 0,000 | 0,000 20 | * | pass | |
| 0 | -0,000 01 | 0,000 00 | 0,000 013 | 0,000 | 0,000 15 | * | pass | |
| -0,02 | -0,020 01 | -0,020 00 | 0,000 013 | 0,000 | 0,000 16 | * | pass | |
| -0,04 | -0,040 01 | -0,040 00 | 0,000 013 | 0,000 | 0,000 17 | * | pass | |
| -0,05 | -0,050 01 | -0,050 00 | 0,000 019 | 0,000 | 0,000 17 | * | pass | |
| -0,06 | -0,060 01 | -0,060 00 | 0,000 020 | 0,000 | 0,000 18 | * | pass | |
| -0,08 | -0,080 01 | -0,080 00 | 0,000 020 | 0,000 | 0,000 19 | * | pass | |
| -0,1 | -0,100 01 | -0,100 00 | 0,000 021 | 0,000 | 0,000 20 | * | pass | |

| Kanal / channel | | 3 | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | Bem. note |
| V | V | V | V | % | V | V | |
| 0 | -0,000 01 | 0,000 00 | 0,000 013 | 0,000 | 0,000 15 | * | pass |
| 0,02 | 0,019 99 | 0,020 00 | 0,000 013 | -0,001 | 0,000 16 | * | pass |
| 0,04 | 0,039 99 | 0,040 00 | 0,000 013 | -0,001 | 0,000 17 | * | pass |
| 0,05 | 0,049 99 | 0,050 00 | 0,000 019 | -0,002 | 0,000 17 | * | pass |
| 0,06 | 0,059 99 | 0,060 00 | 0,000 020 | -0,002 | 0,000 18 | * | pass |
| 0,08 | 0,080 00 | 0,080 01 | 0,000 020 | 0,001 | 0,000 19 | * | pass |
| 0,1 | 0,100 00 | 0,100 01 | 0,000 021 | 0,000 | 0,000 20 | * | pass |
| 0 | -0,000 01 | 0,000 00 | 0,000 013 | 0,000 | 0,000 15 | * | pass |
| -0,02 | -0,020 01 | -0,020 00 | 0,000 013 | 0,000 | 0,000 16 | * | pass |
| -0,04 | -0,040 01 | -0,040 00 | 0,000 013 | 0,000 | 0,000 17 | * | pass |
| -0,05 | -0,050 01 | -0,050 00 | 0,000 019 | 0,000 | 0,000 17 | * | pass |
| -0,06 | -0,060 01 | -0,060 00 | 0,000 020 | 0,000 | 0,000 18 | * | pass |
| -0,08 | -0,080 01 | -0,080 00 | 0,000 020 | 0,000 | 0,000 19 | * | pass |
| -0,1 | -0,100 01 | -0,100 00 | 0,000 021 | 0,000 | 0,000 20 | * | pass |

| Kanal / channel | | 4 | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | Bem. note |
| V | V | V | V | % | V | V | |
| 0 | 0,000 00 | 0,000 00 | 0,000 013 | 0,000 | 0,000 15 | * | pass |
| 0,02 | 0,020 00 | 0,020 00 | 0,000 013 | -0,001 | 0,000 16 | * | pass |
| 0,04 | 0,040 00 | 0,040 00 | 0,000 013 | -0,001 | 0,000 17 | * | pass |
| 0,05 | 0,050 00 | 0,050 00 | 0,000 019 | -0,002 | 0,000 17 | * | pass |
| 0,06 | 0,060 00 | 0,060 00 | 0,000 020 | -0,002 | 0,000 18 | * | pass |
| 0,08 | 0,080 00 | 0,080 00 | 0,000 020 | -0,003 | 0,000 19 | * | pass |
| 0,1 | 0,100 01 | 0,100 01 | 0,000 021 | 0,000 | 0,000 20 | * | pass |
| 0 | 0,000 00 | 0,000 00 | 0,000 013 | 0,000 | 0,000 15 | * | pass |
| -0,02 | -0,020 00 | -0,020 00 | 0,000 013 | 0,001 | 0,000 16 | * | pass |
| -0,04 | -0,040 00 | -0,040 00 | 0,000 013 | 0,001 | 0,000 17 | * | pass |
| -0,05 | -0,050 00 | -0,050 00 | 0,000 019 | 0,002 | 0,000 17 | * | pass |
| -0,06 | -0,060 00 | -0,060 00 | 0,000 020 | 0,002 | 0,000 18 | * | pass |
| -0,08 | -0,080 01 | -0,080 01 | 0,000 020 | -0,001 | 0,000 19 | * | pass |
| -0,1 | -0,100 01 | -0,100 01 | 0,000 021 | 0,000 | 0,000 20 | * | pass |

| Kanal / channel | | 5 | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | Bem. note |
| V | V | V | V | % | V | V | |
| 0 | -0,000 01 | 0,000 00 | 0,000 013 | 0,000 | 0,000 15 | * | pass |
| 0,02 | 0,019 99 | 0,020 00 | 0,000 013 | 0,000 | 0,000 16 | * | pass |
| 0,04 | 0,039 99 | 0,040 00 | 0,000 013 | 0,000 | 0,000 17 | * | pass |
| 0,05 | 0,049 99 | 0,050 00 | 0,000 019 | 0,000 | 0,000 17 | * | pass |
| 0,06 | 0,059 99 | 0,060 00 | 0,000 020 | 0,000 | 0,000 18 | * | pass |
| 0,08 | 0,079 99 | 0,080 00 | 0,000 020 | 0,000 | 0,000 19 | * | pass |
| 0,1 | 0,099 99 | 0,100 00 | 0,000 021 | 0,000 | 0,000 20 | * | pass |
| 0 | -0,000 01 | 0,000 00 | 0,000 013 | 0,000 | 0,000 15 | * | pass |
| -0,02 | -0,020 01 | -0,020 00 | 0,000 013 | 0,000 | 0,000 16 | * | pass |
| -0,04 | -0,040 01 | -0,040 00 | 0,000 013 | 0,000 | 0,000 17 | * | pass |
| -0,05 | -0,050 01 | -0,050 00 | 0,000 019 | 0,000 | 0,000 17 | * | pass |
| -0,06 | -0,060 01 | -0,060 00 | 0,000 020 | 0,000 | 0,000 18 | * | pass |
| -0,08 | -0,080 01 | -0,080 00 | 0,000 020 | 0,000 | 0,000 19 | * | pass |
| -0,1 | -0,100 01 | -0,100 00 | 0,000 021 | 0,000 | 0,000 20 | * | pass |

| Kanal / channel | | 6 | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | Bem. note |
| V | V | V | V | % | V | V | |
| 0 | -0,000 01 | 0,000 00 | 0,000 013 | 0,000 | 0,000 15 | * | pass |
| 0,02 | 0,019 99 | 0,020 00 | 0,000 013 | 0,000 | 0,000 16 | * | pass |
| 0,04 | 0,039 99 | 0,040 00 | 0,000 013 | 0,000 | 0,000 17 | * | pass |
| 0,05 | 0,049 99 | 0,050 00 | 0,000 019 | 0,000 | 0,000 17 | * | pass |
| 0,06 | 0,059 99 | 0,060 00 | 0,000 020 | 0,000 | 0,000 18 | * | pass |
| 0,08 | 0,079 99 | 0,080 00 | 0,000 020 | 0,000 | 0,000 19 | * | pass |
| 0,1 | 0,099 99 | 0,100 00 | 0,000 021 | 0,000 | 0,000 20 | * | pass |
| 0 | -0,000 01 | 0,000 00 | 0,000 013 | 0,000 | 0,000 15 | * | pass |
| -0,02 | -0,020 01 | -0,020 00 | 0,000 013 | 0,000 | 0,000 16 | * | pass |
| -0,04 | -0,040 01 | -0,040 00 | 0,000 013 | 0,000 | 0,000 17 | * | pass |
| -0,05 | -0,050 01 | -0,050 00 | 0,000 019 | 0,000 | 0,000 17 | * | pass |
| -0,06 | -0,060 01 | -0,060 00 | 0,000 020 | 0,000 | 0,000 18 | * | pass |
| -0,08 | -0,080 01 | -0,080 00 | 0,000 020 | 0,000 | 0,000 19 | * | pass |
| -0,1 | -0,100 01 | -0,100 00 | 0,000 021 | 0,000 | 0,000 20 | * | pass |

| Kanal / channel | | 7 | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | Bem. note |
| V | V | V | V | % | V | V | |
| 0 | 0,000 00 | 0,000 00 | 0,000 013 | 0,000 | 0,000 15 | * | pass |
| 0,02 | 0,020 00 | 0,020 00 | 0,000 013 | 0,000 | 0,000 16 | * | pass |
| 0,04 | 0,040 00 | 0,040 00 | 0,000 013 | 0,000 | 0,000 17 | * | pass |
| 0,05 | 0,050 00 | 0,050 00 | 0,000 019 | 0,000 | 0,000 17 | * | pass |
| 0,06 | 0,060 00 | 0,060 00 | 0,000 020 | 0,000 | 0,000 18 | * | pass |
| 0,08 | 0,080 00 | 0,080 00 | 0,000 020 | 0,000 | 0,000 19 | * | pass |
| 0,1 | 0,100 00 | 0,100 00 | 0,000 021 | 0,000 | 0,000 20 | * | pass |
| 0 | 0,000 00 | 0,000 00 | 0,000 013 | 0,000 | 0,000 15 | * | pass |
| -0,02 | -0,020 00 | -0,020 00 | 0,000 013 | 0,000 | 0,000 16 | * | pass |
| -0,04 | -0,040 00 | -0,040 00 | 0,000 013 | 0,000 | 0,000 17 | * | pass |
| -0,05 | -0,050 00 | -0,050 00 | 0,000 019 | 0,000 | 0,000 17 | * | pass |
| -0,06 | -0,060 00 | -0,060 00 | 0,000 020 | 0,000 | 0,000 18 | * | pass |
| -0,08 | -0,080 00 | -0,080 00 | 0,000 020 | 0,000 | 0,000 19 | * | pass |
| -0,1 | -0,100 00 | -0,100 00 | 0,000 021 | 0,000 | 0,000 20 | * | pass |

| Kanal / channel | | 8 | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | |
| Sollwert set value | untariert not tared | tariert tared | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | Bem. note |
| V | V | V | V | % | V | V | |
| 0 | -0,000 01 | 0,000 00 | 0,000 013 | 0,000 | 0,000 15 | * | pass |
| 0,02 | 0,019 99 | 0,020 00 | 0,000 013 | -0,001 | 0,000 16 | * | pass |
| 0,04 | 0,039 99 | 0,040 00 | 0,000 013 | -0,001 | 0,000 17 | * | pass |
| 0,05 | 0,049 99 | 0,050 00 | 0,000 019 | -0,002 | 0,000 17 | * | pass |
| 0,06 | 0,060 00 | 0,060 01 | 0,000 020 | 0,001 | 0,000 18 | * | pass |
| 0,08 | 0,080 00 | 0,080 01 | 0,000 020 | 0,001 | 0,000 19 | * | pass |
| 0,1 | 0,100 00 | 0,100 01 | 0,000 021 | 0,000 | 0,000 20 | * | pass |
| 0 | -0,000 01 | 0,000 00 | 0,000 013 | 0,000 | 0,000 15 | * | pass |
| -0,02 | -0,020 01 | -0,020 00 | 0,000 013 | 0,000 | 0,000 16 | * | pass |
| -0,04 | -0,040 01 | -0,040 00 | 0,000 013 | 0,000 | 0,000 17 | * | pass |
| -0,05 | -0,050 01 | -0,050 00 | 0,000 019 | 0,000 | 0,000 17 | * | pass |
| -0,06 | -0,060 01 | -0,060 00 | 0,000 020 | 0,000 | 0,000 18 | * | pass |
| -0,08 | -0,080 01 | -0,080 00 | 0,000 020 | 0,000 | 0,000 19 | * | pass |
| -0,1 | -0,100 01 | -0,100 00 | 0,000 021 | 0,000 | 0,000 20 | * | pass |

Kalibrierergebnis / calibration result

| | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|---|
| Messbereich <i>measuring range</i> | Sensortyp / -parameter <i>sensor type / parameter</i> | Trägerfreq. <i>carrier freq.</i> | Filter <i>filter</i> | Anz.-Schrittweite <i>indication step width</i> |
| 0,1 ... 1000 kHz | frequency sensor | 10 Hz Bes. | | 0,01 kHz |

zulässige Lin.abweichung: $\pm 0,01\%$
permitted linearity error

Toleranz: $\pm(0,01\% * \text{value} + 0,01\% * \text{range})$
tolerance

Kanal / channel 5

| Messwerte y / <i>measured values y</i> | | | | Spezifikation / <i>specification</i> | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------|
| Sollwert <i>set value</i> | Messwert <i>measured value</i> | erw. MU <i>exp. uncert.</i> | lin. Abw. <i>lin. error</i> | Toleranz <i>tolerance</i> | abs. Abweichung <i>abs. deviation</i> | Bem. <i>note</i> |
| kHz | kHz | kHz | % | kHz | kHz | |
| 20 | 20,00 | 0,012 | 0,000 | 0,10 | * | pass |
| 40 | 40,00 | 0,012 | 0,000 | 0,10 | * | pass |
| 60 | 60,00 | 0,012 | 0,000 | 0,11 | * | pass |
| 80 | 80,00 | 0,012 | 0,000 | 0,11 | * | pass |
| 100 | 100,00 | 0,012 | 0,000 | 0,11 | * | pass |
| 120 | 120,00 | 0,012 | 0,000 | 0,11 | * | pass |
| 140 | 140,00 | 0,012 | 0,000 | 0,11 | * | pass |
| 160 | 160,00 | 0,012 | 0,000 | 0,12 | * | pass |
| 180 | 180,00 | 0,012 | 0,000 | 0,12 | * | pass |
| 200 | 200,00 | 0,012 | 0,000 | 0,12 | * | pass |

Kanal / channel 6

| Messwerte y / <i>measured values y</i> | | | | Spezifikation / <i>specification</i> | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------|
| Sollwert <i>set value</i> | Messwert <i>measured value</i> | erw. MU <i>exp. uncert.</i> | lin. Abw. <i>lin. error</i> | Toleranz <i>tolerance</i> | abs. Abweichung <i>abs. deviation</i> | Bem. <i>note</i> |
| kHz | kHz | kHz | % | kHz | kHz | |
| 20 | 20,00 | 0,012 | 0,000 | 0,10 | * | pass |
| 40 | 40,00 | 0,012 | 0,000 | 0,10 | * | pass |
| 60 | 60,00 | 0,012 | 0,000 | 0,11 | * | pass |
| 80 | 80,00 | 0,012 | 0,000 | 0,11 | * | pass |
| 100 | 100,00 | 0,012 | 0,000 | 0,11 | * | pass |
| 120 | 120,00 | 0,012 | 0,000 | 0,11 | * | pass |
| 140 | 140,00 | 0,012 | 0,000 | 0,11 | * | pass |
| 160 | 160,00 | 0,012 | 0,000 | 0,12 | * | pass |
| 180 | 180,00 | 0,012 | 0,000 | 0,12 | * | pass |
| 200 | 200,00 | 0,012 | 0,000 | 0,12 | * | pass |

| Kanal / channel | | 7 | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|--|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | |
| Sollwert set value | Messwert measured value | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | Bem. note | |
| kHz | kHz | kHz | % | kHz | kHz | | |
| 20 | 20,00 | 0,012 | 0,000 | 0,10 | * | pass | |
| 40 | 40,00 | 0,012 | 0,000 | 0,10 | * | pass | |
| 60 | 60,00 | 0,012 | 0,000 | 0,11 | * | pass | |
| 80 | 80,00 | 0,012 | 0,000 | 0,11 | * | pass | |
| 100 | 100,00 | 0,012 | 0,000 | 0,11 | * | pass | |
| 120 | 120,00 | 0,012 | 0,000 | 0,11 | * | pass | |
| 140 | 140,00 | 0,012 | 0,000 | 0,11 | * | pass | |
| 160 | 160,00 | 0,012 | 0,000 | 0,12 | * | pass | |
| 180 | 180,00 | 0,012 | 0,000 | 0,12 | * | pass | |
| 200 | 200,00 | 0,012 | 0,000 | 0,12 | * | pass | |

| Kanal / channel | | 8 | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|--|
| Messwerte y / measured values y | | | | Spezifikation / specification | | | |
| Sollwert set value | Messwert measured value | erw. MU exp. uncert. | lin. Abw. lin. error | Toleranz tolerance | abs. Abweichung abs. deviation | Bem. note | |
| kHz | kHz | kHz | % | kHz | kHz | | |
| 20 | 20,00 | 0,012 | 0,000 | 0,10 | * | pass | |
| 40 | 40,00 | 0,012 | 0,000 | 0,10 | * | pass | |
| 60 | 60,00 | 0,012 | 0,000 | 0,11 | * | pass | |
| 80 | 80,00 | 0,012 | 0,000 | 0,11 | * | pass | |
| 100 | 100,00 | 0,012 | 0,000 | 0,11 | * | pass | |
| 120 | 120,00 | 0,012 | 0,000 | 0,11 | * | pass | |
| 140 | 140,00 | 0,012 | 0,000 | 0,11 | * | pass | |
| 160 | 160,00 | 0,012 | 0,000 | 0,12 | * | pass | |
| 180 | 180,00 | 0,012 | 0,000 | 0,12 | * | pass | |
| 200 | 200,00 | 0,012 | 0,000 | 0,12 | * | pass | |

Ende des Kalibrierscheins / End of calibration certificate